

Приложение
заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N лота	Наименование	Единица измерения	количество
1.	ID/AST тестовая карта DL-96/120E	Шт	1200
2.	ID/AST тестовая карта DL-96/120NE	Шт	300
3.	ID/AST тестовая карта DL-96/120STAPH	Шт	250
4.	ID/AST тестовая карта DL-96/120STREP	Шт	240
5.	ID/AST тестовая карта DL-96FUNGUS	Шт	200
6.	ID/AST тестовая карта DL-120NH	Шт	30
7.	ID/AST тестовая карта DL-120CORYNE	Шт	60
8	Материалы расходные к анализаторам бактериологическим: - наконечники	Шт.	2300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1. Расходные материалы должны быть совместимы к анализатору бактериологическому: автоматическая система для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам D2mini производства «Zhuhai DL Biotech. Co.,Ltd.», Китай, что подтверждается руководством по эксплуатации (инструкцией)
- 2.2. Расходные материалы должны быть готовы к употреблению и не требовать дополнительной подготовки.
- 2.3. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Срок годности товара с момента поставки должен составлять не менее 60% от срока годности установленного производителем