

ЛОТ № 1

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование товара	Кол-во (штук)
1.1	Пластина адгезивная для двухкомпонентного уроприемника до 40мм.	500
1.2	Мешок уростомный для двухкомпонентного мочеприемника прозрачный до 40мм.	1 000

**2. Технические требования:**

- 2.1. Стомийное оснащение предназначено для амбулаторных взрослых пациентов льготной категории с уростомами;
- 2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться.
- 2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.
- 2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей.
- 2.6. Стомийная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
- 2.7. Соединение и разъединение пластины от многоразового уростомного мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации.
- 2.8. Пластина не должна пропускать мочу и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.
- 2.9. Мешок предназначен для двухкомпонентной системы: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) прозрачный мешок.
- 2.10. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.
- 2.11. Стомный мешок должен быть изготовлен из бесшумного не пропускающего запах многослойного полиэтилена.
- 2.12. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации.
- 2.13. Стомный мешок должен иметь антирефлюксный и сливной клапан, надежно герметизирующий мешок.

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование товара	Кол-во. (штук)
1.1	Пластина адгезивная для двухкомпонентного уроприемника до 50мм.	500
1.2	Мешок уростомный для двухкомпонентного мочеприемника прозрачный до 50мм.	1 000

**2. Технические требования:**

- 2.1. Стомийное оснащение предназначено для амбулаторных взрослых пациентов льготной категории с уростомами;
- 2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться.
- 2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.
- 2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей.
- 2.6. Стомийная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
- 2.7. Соединение и разъединение пластины от многоразового уростомного мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации.
- 2.8. Пластина не должна пропускать мочу и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.
- 2.9. Мешок предназначен для двухкомпонентной системы: клеящаяся вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) прозрачный мешок.
- 2.10. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.
- 2.11. Стомный мешок должен быть изготовлен из бесшумного не пропускающего запах многослойного полиэтилена.
- 2.12. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность после фиксации.
- 2.13. Стомный мешок должен иметь антирефлюксный и сливной клапан, надежно герметизирующий мешок.