

**Технические характеристики (описание)
Оптической трубки для гистероскопии и гистерорезектоскопии к
системе видеоэндоскопической HD и Full HD Элепс, RZT
Состав оборудования.**

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Оптическая трубка для гистерорезектоскопа к системе видеоэндоскопической HD и Full HD Элепс, RZT	2 шт.

Технические требования

№ п/п	Характеристика	Значение	Примечание
1	Телескоп	для гистерорезектоскопа к системе видеоэндоскопической HD и Full HD Элепс, RZT	
2	Диаметр	4мм	
3	Угол обзора	30 гр	
4	Рабочая длина	280 – 300 мм	
5	Состав	-Профессиональная стержне – линзовая оптическая система - многослойное просветление оптической системы - увеличенный размер видимого изображения - высокое качество изображения, естественная светопередача и цветопередача - Возможность стерилизации в автоклаве	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.