

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерен ия	Количество
1	Катетер для торакального дренажа с троакармом: 1. CH8 2. CH10 3. CH14 4. CH16 5. CH20	Шт. Шт. Шт. Шт. Шт.	35 65 30 20 30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Технические требования:

1. Торакальный катетер изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям
2. Наличие рентгеноконтрастной полоски
3. Снабжен воронкообразным коннектором для соединения с коннектором удлинительной линии плевральных дренажных систем
4. Внутреннее полиуретановое покрытие катетеров
5. Размеры CH08, CH10, CH14, CH16, CH20,

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Стерильно. Должна быть указана дата изготовления и срок годности.