

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Видеоколоноскоп

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт
1	Видеоколоноскоп	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
2.1	Угол поля зрения в обычном режиме	Не менее 145°
2.2	Вводимая и дистальная часть	12,8±0,5 мм
2.3	Рабочий канал	Не менее 3,7 мм
2.4	Глубина резкости в диапазоне, не уже	3-100 мм
2.5*	Совместимость с имеющимся оборудованием в лечебном учреждении производства Olympus	Совместимость с системой CV-V1

«*» Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.