

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Гибкая петля с зубцами для манипуляций с мембранами 25+ Ga	штука	36

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: Гибкая петля с зубцами для манипуляций с мембранами в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 25+ Ga.

2.3. Возможность изменять длину рабочей части инструмента во время работы.

2.4. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Сбалансированный солевой раствор для офтальмохирургии	штука	414

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: флакон (500 мл) с раствором, в составе которого бикарбонат натрия, декстроза и глутатион, pH 7,4, осмолярность 305 мОсм.

2.2. Раствор должен быть в стеклянной таре и готовиться непосредственно перед использованием.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Канюля с силиконовым наконечником 25 Ga, укороченная	штука	54

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильная одноразовая канюля с силиконовым наконечником в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр -25Ga.

2.3. Рабочая часть должна быть изготовлена из хирургической стали и иметь силиконовое окончание для более бережных и аккуратных манипуляций в областях близких к сетчатке.

2.4. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Витректор для работы на переднем отрезке глаза для системы CONSTELLATION 23Ga	штука	36

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":2.1. Состав изделия: стерильный одноразовый витректор с двойным пневматическим приводом.

2.2. Калибр – 23 Ga.

2.3. Частота резов не менее 5000 резов в минуту

2.4. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Многоразовый диатермический (биполярный) кабель к системе CONSTELLATION	штука	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Кабель биполярный (диатермический) для подключения биполярного инструмента (зонды, пинцеты) для системы **CONSTELLATION**

2.2. Полная совместимостьс имеющейся в клинике системой **CONSTELLATION**, ее расходными материалами (биполярным инструментом), подтвержденная производителем **CONSTELLATION**

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ультразвуковая рукоятка для факозмульсификации CONSTELLATION	штука	8

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Технические характеристики : материал - титан.

2.2. Полная совместимость с ранее приобретенной системой офтальмологической хирургической CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наконечник для факоэмульсификации, изогнутый дизайн "по Келман"	штука	3000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.3. Срез отверстия 45 градусов.

2.4. Миниразвальцовка на дистальном конце, диаметр = 0,9 мм.

2.5. Наличие одноразового пластикового ключа в комплекте.

2.6. Стерильная упаковка.

2.7. Полная совместимость с рукоятками факоэмульсификаторов CONSTELLATION, INFINITI производства компании Alcon.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наконечник для факоэмульсификации, изогнутый дизайн "по Келман" CONSTELLATION	штука	3000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Состав набора:

- мягкие ирригационные патрубки для игл диаметра 0,9 мм, предназначенные для факоэмульсификации через разрез 2,2 мм.
- тест-камера
- ключ

2.2 Стерильная упаковка.

2.3 Полная совместимость с наконечниками для факоэмульсификации систем офтальмологических хирургических CONSTELLATION .

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Constellation зонд для витректомии со скошенным наконечником 25+GaHyperVit 20000 рез/мин	штука	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Стерильный одноразовый витректор со скошенным дистальным концом инвазивной части и двойным пневматическим приводом.

2.2 Калибр -25+Ga

2.3 Частота резов до 20000 резов в минуту

2.4 Полная совместимость с хирургической офтальмологической системой Constellation (для витректомии или для комбинированных процедур (витректомии и факэмульсификации).

2.5 Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Constellation зонд для витректомии со скошенным наконечником 27+GaHyperVit 20000 рез/мин	штука	18

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Стерильный одноразовый витректор со скошенным дистальным концом инвазивной части и двойным пневматическим приводом.

2.2 Калибр -27+Ga

2.3 Частота резов до 20000 резов в минуту

2.4 Полная совместимость с хирургической офтальмологической системой Constellation (для витректомии или для комбинированных процедур (витректомии и фактоэмульсификации).

2.5 Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет для комбинированной хирургии с облегченной рукояткой для удаления внутренней пограничной мембраны 25+Ga	штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Назначение - для манипуляций с ВПМ во время хирургии на заднем отрезке глаза, безопасного захвата фиброзных мембран зубчатый 25+Ga

2.2 Наличие микрорельефа, полученного методом лазерной абляции, для повышения кинетического трения мембраны и поверхности пинцета.

2.3 Улучшенная визуализация

2.4 Размер 25+Ga

2.5 Для одноразового использования.

2.6 Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет для безопасного захвата фиброзных мембран зубчатый 25+Ga	штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 пинцета для безопасного захвата фиброзных мембран зубчатый 25+Ga

2.2 Предназначен для универсального применения

2.3 Сила удержания не менее 40 грамм для 25+Ga

2.4 Тупой (слегка закругленный) дистальный конец

2.5 Для одноразового использования

2.6 Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет для безопасной работы с фиброзными или прилегающими мембранами 25+Ga	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 широкая микротекстурированная поверхность захвата для безопасной работы с фиброзными или прилегающими мембранами

2.2 Сила удержания достигает 60грамм для 25+Ga

2.3 Тупой (слегка закругленный) дистальный конец

2.4 Для одноразового использования

2.5 Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Шпатель расслаиватель для хирургии на заднем отрезке глаза – 25Ga	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1 Назначение – для манипуляции и стабилизации различных тканей во время хирургии на заднем отрезке глаза

2.2 Угол изгиба крючка на дистальном конце – 45 градусов

2.3 Размер – 25 Ga

2.4 Эргономичный дизайн для максимального комфорта использования

2.5 Для одноразового использования

2.6 Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор стерильный комбинированный Constellation 27+Ga клапанный.	штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2. Технические требования:

2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;

2.2.2. витректор для задней витректомии, совместимый с системой Constellation калибра 27+Ga, 10000 резов в минуту со скошенным дистальным концом;

2.2.3. ирригационную канюлю калибра 27Ga;

2.2.4. систему троакар-канюль с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;

2.2.5. оптоволоконный осветитель совместимый с имеющейся в клинике системой Constellation калибра 27 Ga;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
м	Рукоятка Backflush, 27Ga, мягкий наконечник	штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Рукоятка должна быть стерильной, и поставляться в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Рукоятка должна обеспечивать дренирование как в активном, так и в пассивном режиме (при подключении к хирургической системе)
- 2.3. Полная совместимость имеющейся в клинике хирургической системой Constellation
- 2.4. Калибр – 27Ga.
- 2.5. Рукоятка должна позволять хирургу осуществлять контроль дренирования жидкости.
- 2.6. Рабочая часть должна быть выполнена из хирургической стали и должна иметь силиконовое окончание для более бережного хирургического вмешательства.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Рукоятка Backflush, 27Ga с твердым окончанием	штука	18

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Рукоятка должна быть стерильной, и поставляться в индивидуальной упаковке.

2.2. Рукоятка должна обеспечивать дренирование как в активном, так и в пассивном режиме (при подключении к хирургической системе)

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике хирургической системой Constellation

2.4. Калибр – 27Ga.

2.5. Рукоятка должна позволять хирургу осуществлять контроль дренирования жидкости.

2.6. Рабочая часть должна быть выполнена из хирургической стали.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 18

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет ВПМ (внутренней пограничной мембраны) 27+ Ga	штука	18

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Стерильный одноразовый пинцет в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Специальная конфигурация браншей с загнутыми вовнутрь дистальными концами для более точной и аккуратной манипуляции тканями.
- 2.3. Калибр – 27+ Ga.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 19

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ножницы 27+Ga	штука	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильные одноразовые ножницы в индивидуальной упаковке.

2.2. Лезвия ножниц - прямые.

2.3. Калибр – 27+ Ga.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Лазерный эндозонд артикуляционный с освещением для системы CONSTELLATION®/PUREPOINT® 27Ga.	штука	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)": 2.1. Состав изделия: эндолазерный наконечник одноразовый стерильный артикуляционный с осветителем для манипуляций на труднодоступных участках сетчатки глаза.

2.2. Калибр – 27Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION®.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Зонд для эндодиатермии 27+ Ga	штука	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: стерильный зонд для эндодиатермии в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 27+ Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Система троакар-канюль с клапанами 27 Ga	штука	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: набор из трех стерильных троакар-канюль с клапанами в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 27 Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Витректор для работы на заднем отрезке глаза для системы CONSTELLATION, 27+ Ga, 10000 резов в минуту	штука	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: стерильный витректор в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 27+ Ga.

2.3. Скорость резов не менее 10000 резов в минуту.

2.4. Скошенный дистальный конец рабочепей части.

2.5. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №584/26

лот 24

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Осветитель прямой для системы CONSTELLATION, 27+ Ga	штука	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: стерильный оптоволоконный прямой осветитель в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 27+ Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов