

ООО «Иномедика»

г. Минск

«04» ноября 2024 г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ № БН

Заказчик: УЗ «10-ая ГКБ»

Аппарат: Центрифуга универсальная Regenlab-PRP-Centri S/N: 015-20H18

Страна выпуска: Швейцария;

Марка: Regenlab-PRP-Centri

В результате дефектации обнаружены отклонения в работе ИМТ:

1	Неисправность энкодера регулировки оборотов вращения.
2	
3	
4	

Инженер Троицкий Т.В. 

Вывод : Требуется произвести ремонт с устранением вышеуказанного дефекта.

Общество с ограниченной ответственностью «Иномедика»

220020 г. Минск, пр-т Победителей 100-1

УНП 193013447 ОКПО 501380115000

р/сч BY86 PJCB 3012 0854 0110 0000 0933

В ЦБУ №115 ОАО «Приорбанк» PJCBVY2X