

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 359 от 09.06.2025

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

SV300, серийный номер GB-1A047310

2. Выявленные неисправности:

Вышла из строя АКБ

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

Замена АКБ

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

АКБ CS-MRM800MD Li-ion 14.8V. 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.

Подпись



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

[Handwritten signature]

Должность, ФИО

Подпись

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 360 от 09.06.2025

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
SV300, серийный номер GB-22050602
2. Выявленные неисправности:
Вышла из строя АКБ
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
Замена АКБ.
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
АКБ CS-MRM800MD Li-ion 14.8V. 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.

Подпись



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Должность, ФИО

Подпись