

**Технические характеристики (описание)
медицинской техники и изделий медицинского назначения**

Лот №1: Кровать реанимационная многофункциональная с электроприводом – 5 шт.

1. Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:

№ п/п	Оборудование	Кол-во
1	Кровать реанимационная многофункциональная с электроприводом	1 шт.
2	Складные боковые ограждения, в кол-ве 4 шт. (по 2 шт. на каждую сторону)	1 к-т
3	Торец-спинки	2 шт.
4	Инфузионная стойка с держателями для флаконов	1 шт.
5	Держатель мочеприемника	4 шт.
6	Матрац медицинский влагонепроницаемый	1 шт.
7	Пульт управления для пациента	1 шт.
8	Панель управления для медперсонала	1 шт.
9	Поручень для самоподнимания	1 шт.
<i>В комплект могут входить дополнительные принадлежности, согласно стандартной комплектации производителя.</i>		

2. Технические характеристики:

- 2.1. Кровать должна иметь не менее 4-х секций;
- 2.2. Габаритные размеры кровати: длина – не менее 2100 мм; ширина (с боковыми ограждениями) – не менее 980 мм;
- 2.3. Диаметр колес: не менее 125 мм с системой центральной блокировки;
- 2.4. Регулировка высоты ложа: min – не более 390 мм
max – не менее 580 мм;
- 2.5. Грузоподъемность кровати: не менее 220 кг;
- 2.6. Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне: не менее 0-60°;
- 2.7. Положение угла Тренделенбурга/Антитренделенбурга: не менее 0-15°;
- 2.8. Наличие протекторов-бамперов, расположенных по углам кровати для предотвращения ударов о стены при перемещениях;
- 2.9. Кровать должна иметь быстросъемные головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов.
- 2.10. Механический рычаг CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий): наличие;
- 2.11. Кровать должна быть укомплектована матрасом в съемном чехле, покрытие чехла должно быть устойчиво к обработке дезинфицирующими средствами;
- 2.12. Толщина матраса должна быть не менее 12 см;
- 2.13. Электропитание от сети 220В±10%, 50Гц и в случае отключения от электросети – от аккумуляторной батареи: наличие.