

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 130726 № 4-17/268
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Набор реагентов для выявления микобактерий туберкулеза и туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью методом Real-time PCR**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **15.07.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
методом ПЦР

ЛОТ №1: Набор реагентов для выявления микобактерий туберкулеза и туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью методом Real-time PCR

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование товара	Состав (комплектация) медицинских изделий	Кол-во, ед. изм.
1.1.	Набор реагентов для выявления микобактерий туберкулеза и туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью методом Real-time PCR	Набор реагентов для выявления генетического материала <i>Mycobacterium tuberculosis</i> и не менее 25 мутаций, связанных с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам первого ряда (включая устойчивость к изониазиду в гене <i>katG</i> и промоторной области <i>inhA</i> , рифампицину в гене <i>rpoB</i>), и не менее 13 мутаций, связанных с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам второго ряда (включая устойчивость к фторхинолону в гене <i>gyrA</i> , к инъекционным препаратам в гене <i>pts</i> и промоторной области <i>eis</i>) методом ПЦР в режиме реального времени	700 исследований
1.2.	Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинического материала	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот из образцов мокроты, посева и промывных вод бронхов	700 исследований
1.3.	Реагент для предобработки слизистого материала	Реагент для предобработки мокроты для последующей экстракции нуклеиновых кислот и проведения исследований методом ПЦР	700 исследований

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые наборы реагентов должны обеспечивать дифференциальную диагностику генетического материала всех указанных мишеней не более, чем в трёх пробирках, в образцах мокроты, посева или смыва бронхов.

2.2. Предлагаемые наборы должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации.

2.3. Предлагаемые комплекты/наборы для молекулярно-биологической диагностики методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с

гибридизационно-флюорисцентной детекцией в режиме «реального времени» должны быть предназначены для использования с помощью одной из приборных баз амплификации и детекции: CFX96, Bio-Rad (амплификаторы планшетного и роторного типа)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.