

Приложение 1

к заявке на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество	Ед. измерения
1	Набор реагентов для определения оксалатов	1. Количество тестов в наборе не более 130. 1. Состав набора - реагент, калибратор (стандарт), контроль не менее двух уровней (во флаконе не менее 5 мл каждого уровня) 2. Если контрольный материал не входит в состав набора допускается поставка контрольного материала отдельными наборами (во флаконе не менее 5 мл каждого уровня), в количестве соответствующем количеству наборов реагентов для определения оксалатов.	900	тест

2. Технические требования:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **Испания, «Bio Systems A-25»;**

2.2. Инструкция по применению на русском языке;

2.3. Паспорт контрольного материала в случае если на этикетках флаконов не указаны целевые значения контролей;

2.4. В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики,
(заведующий) клинической лабораторией

Н.К. Макеева

врач клинической лабораторной диагностики

А.А.Довгун