

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Повязка (пластырь) для фиксации внутривенных
(центральных) катетеров

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Повязка (пластырь) для фиксации внутривенных (центральных) катетеров	штук	5000

2. Технические требования:

- 2.1 Повязка должна содержать прозрачную гелевую прокладку с 2% раствором хлоргексидина глюконатом.
- 2.2 Должна обеспечивать длительную антимикробную защиту, при этом позволяя ежедневно осматривать место входа катетера в кожу.
- 2.3 Наличие гелевой подушечки с хлоргексидином
- 2.4 Должна иметь вырез, позволяющий надежно фиксировать линии катетера. Может находиться на коже до 7 суток без необходимости ее замены.
- 2.5 Повязка должна иметь дополнительную наклейку из бумажного пластыря для документирования даты установки повязки.
- 2.6 Размер 8-9 см x 11-13 см (размер гелевой подушечки 3-5см x 4-7см)
- 2.7 Стерильность. Однократного применения. Наличие индивидуальной упаковки.
- 2.8 Срок годности не менее 5 лет.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.