

**Приложение 1к заявке
на закупку медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Набор стерильный для комбинированных процедур CONSTELLATION® 25 Ga клапанный.	штука	120

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;

2.2.2. витректор для задней витректомии, совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga; 20000 резов в минуту со скошенным дистальным концом;

2.2.3. ирригационную канюлю калибра 25 Ga;

2.2.4. систему троакар-канюль с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;

2.2.5. оптоволоконный осветитель совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga;

2.2.6. ирригационные силиконовые сливы для УЗ-наконечника диаметра 0,9 мм.

2.2.7. Все позиции требуют полной совместимости с имеющейся в клинике факовитреосистемой CONSTELLATION® и технологией микрохирургии, осуществляемой с применением данной системы

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор стерильный комбинированный Constellation 25+Ga клапанный.	штука	120

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;

2.2.2. витректор для задней витректомии, совместимый с системой Constellation калибра 25+ Ga, 10000 резов в минуту со скошенным дистальным концом;

2.2.3. ирригационную канюлю калибра 25 Ga;

2.2.4. систему троакар-канюль с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;

2.2.5. оптоволоконный осветитель совместимый с имеющейся в клинике системой Constellation калибра 25 Ga;

2.2.6. ирригационные силиконовые сливы для УЗ-наконечника диаметра 0,9 мм.

2.2.7. Все позиции требуют полной совместимости с имеющейся в клинике факовитреосистемой CONSTELLATION® и технологией микрохирургии, осуществляемой с применением данной системы

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор стерильный для витрэктомии CONSTELLATION® 25Ga клапанный	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

1.1. Набор должен быть стерильным;

1.2. Набор должен включать в себя:

1.3. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;

1.4. витректор для задней витрэктомии, совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga;

1.5. ирригационную канюлю калибра 25 Ga;

1.6. систему троакар-канюль 25 Ga с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;

1.7. оптоволоконный осветитель совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga;

1.8. все позиции требуют полной совместимости с имеющейся в клинике факовитреосистемой CONSTELLATION®и технологией микрохирургии, осуществляемой с применением данной системы

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор стерильный для фактоэмульсификации CONSTELLATION®	штука	180

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к имеющейся в клинике комбинированной хирургической системе Constellation;

2.2.2. ирригационные силиконовые сливы для УЗ-наконечника диаметра 0,9 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №583/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Рукоятка Backflush, 25 Ga, мягкий наконечник	штука	102

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Рукоятка должна быть стерильной, и поставляться в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Рукоятка должна обеспечивать дренирование как в активном, так и в пассивном режиме (при подключении к хирургической системе)
- 2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике хирургической системой Constellation
- 2.4. Калибр – 25 Ga.
- 2.5. Рукоятка должна позволять хирургу осуществлять контроль дренирования жидкости.
- 2.6. Рабочая часть должна быть выполнена из хирургической стали и должна иметь силиконовое окончание для более бережного хирургического вмешательства.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Рукоятка Backflush, 25Ga с твердым окончанием	штука	48

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)": 2.1. Рукоятка должна быть стерильной, и поставляться в индивидуальной упаковке.

2.2. Рукоятка должна обеспечивать дренирование как в активном, так и в пассивном режиме (при подключении к хирургической системе)

2.3. Полная совместимость имеющейся в клинике хирургической системой Constellation

2.4. Калибр – 25 Ga.

2.5. Рукоятка должна позволять хирургу осуществлять контроль дренирования жидкости.

2.6. Рабочая часть должна быть выполнена из хирургической стали.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Осветитель канделябр Chandelier, 25 Ga, для системы CONSTELLATION®, RFID	штука	138

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильный осветитель в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 25 Ga, должен подходить как для хирургии 25 Ga, так и хирургии 23 Ga.

2.3. Должен обеспечивать зону освещения большую, чем стандартный осветитель или широкоугольный осветитель.

2.4. Угол светового конуса – 106°.

2.5. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой Constellation и наличием RFID.

2.6. В комплект должна входить троакар-канюля.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет ВПМ (внутренней пограничной мембраны) 25+ Ga	штука	84

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильный одноразовый пинцет в индивидуальной упаковке.

2.2. Специальная конфигурация браншей с загнутыми вовнутрь дистальными концами для более точной и аккуратной манипуляции тканями.

2.3. Калибр – 25+Ga.

2.4. Полная совместимость с системой CONSTELLATION и троакар-канюлями из Лот 24 и Лот 25 настоящего задания.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет асимметричный 25+ Ga	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильный одноразовый пинцет в индивидуальной упаковке.

2.2. Специальная конфигурация браншей: загнутые вовнутрь и под углом дистальные концы браншей обеспечивают максимально аккуратный пилинг мембран.

2.3. Калибр – 25 Ga.

2.4. Полная совместимость с системой CONSTELLATION и троакары канюлями из Лот 24 и Лот 25 настоящего задания.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет концевзахватывающий 25+Ga	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильный одноразовый пинцет в индивидуальной упаковке.

2.2. Специальная конфигурация браншей: увеличенная площадь захвата дистальных концов браншей обеспечивают более надежный захват тканей.

2.3. Калибр – 25+Ga.

2.4. Полная совместимость с системой CONSTELLATION и троакар-канюлями из Лот 24 и Лот 25 настоящего задания.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ножницы изогнутые 25+Ga	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильные одноразовые ножницы в индивидуальной упаковке.

2.2. Лезвия ножниц должны быть изогнуты на 35-40° для более аккуратного реза тканей.

2.3. Калибр – 25+Ga.

2.4. Полная совместимость с системой CONSTELLATION и троакар-канюлями из Лот 24 и Лот 25 настоящего задания.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для введения вязких жидкостей для системы CONSTELLATION® (VFC) с канюлями для введения 20 Ga, 23 Ga, 25 Ga.	штука	198

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильный одноразовый набор в индивидуальной упаковке.

2.2. Состав набора:

2.2.1. одноразовый стерильный шприц;

2.2.2. одноразовый стерильный клапан-поршень;

2.2.3. стерильная трубка с адаптером для подключения к системе Constellation;

2.2.4. одноразовые стерильные канюли калибром 20 Ga, 23Ga, 25 Ga.

2.3. Набор должен обеспечивать ввод и вывод вязких жидкостей (силиконовое масло) с помощью имеющейся в клинике системы Constellation.

2.4. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION®.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор бимануальный для ирригации-аспирации к системе CONSTELLATION®	штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Материал: рукоятка – пластик, наконечник – хирургическая сталь или титан.

2.2. Аспирационный порт должен быть диаметром 0,3мм.

2.3. Наконечник аспирационной рукоятки должен быть изогнутым для удобства работы в труднодоступных отделах переднего отрезка глаза.

2.4. Наконечник аспирационной рукоятки должен иметь алмазное напыление для полировки заднего лепестка капсулы.

2.5. Полная совместимость имеющейся в клинике системой CONSTELLATION®.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Лазерный эндозонд с гибким окончанием для системы CONSTELLATION®/PUREPO INT® 25+Ga RFID.(или аналог)	штука	78

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: эндолазерный наконечник одноразовый стерильный с гибким окончанием для манипуляций на труднодоступных участках сетчатки глаза.

2.2. Калибр - 25+Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION (с встроенным в эндозонд устройством автоопределения и автонастройки параметров наконечника RFID), подтвержденная производителем CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №583/26

лот 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Лазерный эндозонд артикуляционный с освещением для системы CONSTELLATION®/PUREPOINT® 25GaRFID (или аналог)	штука	78

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: эндолазерный наконечник одноразовый стерильный артикуляционный с осветителем для манипуляций на труднодоступных участках сетчатки глаза.

2.2. Калибр – 25 Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION (с встроенным в эндозонд устройством автоопределения и автонастройки параметров наконечника RFID), подтвержденная производителем CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Лазерный эндозонд с освещением для системы CONSTELLATION®/PUREPOINT® 25GaRFID.(или аналог)	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: эндолазерный наконечник одноразовый стерильный с осветителем для лазерных манипуляций с дополнительным освещением.

2.2. Калибр – 25 Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION (с встроенным в эндозонд устройством автоопределения и автонастройки параметров наконечника RFID), подтвержденная производителем CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Зонд для эндодиатермии 25+ Ga	штука	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: стерильный зонд для эндодиатермии, прямой в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 25+ Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION, ее портами и диатермическим кабелем без дополнительных переходников/адаптеров, подтвержденная производителем CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Система троакар-канюль с клапанами 25 Ga	штука	174

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Стерильный, одноразовый набор из трех троакар-канюль калибром 25 Ga с клапанами в индивидуальной упаковке

2.2. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION, ее расходными материалами, подтвержденная производителем CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Витректор для работы на заднем отрезке глаза для системы CONSTELLATION, 25+ Ga, 10000 резов в минуту	штука	114

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: стерильный одноразовый витректор в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 25+ Ga.

2.3. Скорость резов не менее 10000 резов в минуту.

2.4. Скошенный дистальный конец рабочей части.

2.5. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Осветитель прямой для системы CONSTELLATION®, RFID 25+ Ga	штука	174

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: стерильный оптоволоконный прямой осветитель в индивидуальной упаковке.

2.2. Калибр – 25+ Ga.

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION с наличием RFID.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Раствор офтальмологический ПЕРФЛЮОРОН (PERFLUORON) – очищенная перфтор-п-октановая жидкость (или аналог) во флаконах	штука	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: флакон со стерильным раствором, стерильный шприц, стерильный фильтр, канюля 23Ga.

2.2. Объем – не менее 5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Масло силиконовое высокоочищенное Silikon 1000 во флаконах (или аналог).	штука	115

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: флакон с высокоочищенным силиконовым маслом для интравитреального введения в качестве тампонады.

2.2. Индекс рефракции: 1,40.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Масло силиконовое высокоочищенное Silikon 5000 (или аналог)	штука	95

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: флакон с высокоочищенным силиконовым маслом 5000 для интравитреального введения в качестве тампонады.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерен ия	Количество
1	Раствор-краска интраокулярный для окрашивания ВПМ (внутренней пограничной мембраны)	штука	45

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: флакон со стерильным красителем для визуализации ВПМ (внутренней пограничной мембраны).

3 Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Раствор-краска интраокулярный для окрашивания ЭРМ и ВПМ (эпиретинальной мембраны и внутренней пограничной мембраны)	штука	85

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Состав изделия: флакон со стерильным красителем для визуализации ЭРМ и ВПМ (эпиретинальной мембраны и внутренней пограничной мембраны).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов