



MAQUET
GETINGE GROUP

Сервисный партнер

Научно-производственное общество с ограниченной
ответственностью «Элемед»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Дата: 27.04.2026

<u>Организация-заказчик, адрес:</u> <i>РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь 223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи</i>	<u>Сервисная организация, адрес:</u> <i>НП ООО «Элемед», 220116 Минск, проспект Газеты Правда, д.9, помещение №3Н, офис 4 тел.: 8 (017) 370 03 86, факс: 8 (017) 370 03 82</i>			
<u>Договор на обслуживание:</u> <i>С-26/19 от 18.02.2026</i>				
<u>Дата выполнения работ:</u> <i>27 апреля 2026</i>	<i>плановое</i>		<i>внеплановое</i>	☒
	<i>гарантийное</i>		<i>негарантийное</i>	☒

Информация об аппаратах:

Название	Инвентарный номер
Насос для внутриаортальной баллонной контрпульсации Cardiosave hybrid с принадлежностями	01377486
	01377487
	01377488
Терморегулирующее устройство для нагрева/охлаждения пациента HCU 40 с принадлежностями	01376567
	01376568
	01376569

Комментарии: требуется ремонт и замена запасных частей в связи с износом

Резюме:

По результатам контроля технического состояния выявлено, что ряд комплектующих находится на грани эксплуатационного ресурса.

Для бесперебойной работы устройства нагрева/охлаждения HCU 40 требуется выполнить ремонт с заменой запасных частей:

- 701071778 Комплект клапана HCU 40 (поточный и 3-ходовой) – 3 компл.

Для бесперебойной работы насосов для ВАБК Cardiosave hybrid требуется выполнить ремонт с заменой запасных частей:

- D202-00-0140 Диск безопасности – 3 шт.

Также, в одном из аппаратов требуется выполнить ремонт катушки сматывания сетевого кабеля.

Подпись представителя Заказчика

и.о.ст. м/е Н.С. Мелнической

должность ФИО подпись

Подпись представителя НП ООО «Элемед»

инженер Коновалов А.В.

