

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. зонд ректальный

2. Технические характеристики:

2.1. Изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида.

2.2. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей.

2.3. Закрытый закругленной формы дистальный конец обеспечивающий безболезненное атравматичное введение.

2.4. Два боковых отверстия.

2.5. Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам.

2.6. Просвет не перекрывается при скручивании. Универсальный воронкообразный коннектор.

2.7. Стерилен, предназначен для однократного применения.

2.8. Упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. зонд дуоденальный

2. Технические характеристики:

2.1. используется для введения в двенадцатиперстную кишку через носовые ходы и ротовую полость жидкой пищи, питательных смесей, лекарственных средств, а также для удаления из двенадцатиперстной кишки нежелательного содержимого или ее декомпрессии.

2.2. Изделие состоит из трубки и коннектора, выполненных из термопластичного ПВХ.

2.3. Коннектор с цветовой кодировкой сопоставим с разными видами питательных систем

2.4. Трубка с атравматичным закругленным дистальным концом закрытого или открытого типа имеет 4 боковых отверстия для предотвращения закупорки изделия

2.5. 4 метки глубины введения

2.6. Рентгеноконтрастная линия по всей длине.

2.7. Стерилен, предназначен для однократного применения.

2.8. Упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Зонд желудочно-кишечный одноканальный силиконовый

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонды должны быть предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта и для введения жидких и густых питательных смесей в желудок и начальные отделы тонкой кишки при сохранении моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.
- 2.2. Зонд диаметром не менее 6 мм и толщиной стенки не менее 1 мм длиной не менее 1600 мм,
- 2.3. Зонд должен иметь рентгеноконтрастный наконечник с гнездом для направителя и 5 отверстий, расположенных по спирали.
- 2.4. Размер отверстий должен быть – не менее 3 мм.
- 2.5. Зонды должны быть эластичны и легко вводятся с помощью направителя, для которого в наконечнике предусмотрено гнездо
- 2.6. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.7. Без содержания фталатов.
- 2.8. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонд должен быть предназначен для декомпрессии желудочно-кишечного тракта.
- 2.2. Зонд длиной 1400 мм с двумя отверстиями.
- 2.3. Наличие цветных меток.
- 2.4. Диаметр зонда не менее 6 мм, размер отверстия - не менее 3,5 мм.
- 2.5. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.6. Без содержания фталатов.
- 2.7. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 5

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонд должен быть предназначен для декомпрессии желудочно-кишечного тракта.
- 2.2. Зонд длиной 1400 мм с одним отверстием.
- 2.3. Наличие цветных меток.
- 2.4. Диаметр зонда не менее 8 мм, размер отверстия - не менее 5 мм.
- 2.5. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.6. Без содержания фталатов.
- 2.7. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силиконовый для тотальной декомпрессии ЖКТ

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонды должны быть длиной не менее 3000 мм с 25-ю отверстиями, расположенными по спирали.
- 2.2. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм.
- 2.3. Диаметр зонда не менее 8 мм, размер отверстия - не менее 6 мм.
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов.
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 7

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силиконовый для тотальной декомпрессии ЖКТ

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонды должны быть длиной не менее 3000 мм с 25-ю отверстиями, расположенными по спирали.
- 2.2. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм.
- 2.3. Диаметр зонда не менее 11 мм, размер отверстия - не менее 7.5 мм.
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов.
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силиконовый для тотальной декомпрессии ЖКТ

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонды должны быть длиной не менее 3000 мм с наконечником в виде оливы на ножке, имеет 25 отверстий, расположенные по спирали.
- 2.2. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм.
- 2.3. Диаметр зонда не менее 8 мм, размер отверстия - не менее 6 мм.
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов.
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 9

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силиконовый для тотальной декомпрессии ЖКТ

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонды должны быть длиной не менее 3000 мм с наконечником в виде оливы на ножке, имеет 25 отверстий, расположенные по спирали.
- 2.2. Первое отверстие – на расстоянии 60 мм. от наконечника, следующие – через 60 мм.
- 2.3. Диаметр зонда не менее 11 мм, размер отверстия - не менее 7.5 мм.
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов.
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 10

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд желудочно-кишечный силиконовый гастростомический трехканальный

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонд должен быть предназначен для аспирации с промыванием желудочного содержимого и энтерального питания с заведением зонда через гастростому.
- 2.2. В желудочном канале длиной не менее 400 мм, диаметром не менее 11 мм располагается кишечный канал длиной не менее 1100 мм, диаметром не менее 5 мм,
- 2.3. Длина зонда не менее 1800 мм.
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов.
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 11

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд силикон. для остановки кровотечения из вен пищевода Блекмора

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зонд силиконовый должен быть предназначен для остановки кровотечения из вен пищевода.
- 2.2. Зонд должен быть выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца – узел разведения каналов зондов.

- 2.3. Наружный диаметр трубчатого элемента должен быть не менее - 6 мм; длина трубки не менее - 1000 мм.
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лоты 12-16

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта

2. Технические характеристики:

- 2.1. длина 3000 ± 10 мм
- 2.2. перфорированные дренажные отверстия в дистальной части не менее 2-х.
- 2.3. на конце зонда олива, расположенная ближе к перфорированным отверстиям дренажа
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Лот 17

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта

2. Технические характеристики:

- 2.1. длина 3000 ± 10 мм
- 2.2. перфорированные дренажные отверстия в дистальной части 25-27
- 2.3. на конце зонда олива, расположенная ближе к перфорированным отверстиям дренажа
- 2.4. Должны быть изготовлены из силиконовой резины не содержащей токсичных пластификаторов.
- 2.5. Без содержания фталатов
- 2.6. Стерильный, предназначен для однократного применения.

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации



В.В. Гоменюк

В.В. Гоменюк