

*Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий*

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Микротом полуавтоматический	шт	1
2	Пылевой чехол	шт	1
3	Шнур питания	шт	1
4	Руководство пользователя	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1	Диапазон толщины среза	Минимальное значение диапазона толщины среза не ограничено и до 100 мкм
2.2	Шаг настройки толщины среза не менее, чем	Минимальное значение шага не ограничено- 100 мкм.
2.3	Диапазон толщины подрезки (обрезки, тримминга) не менее:	1-600 мкм
2.4	Горизонтальная подача образца	наличие
2.5	Вертикальное перемещение образца	наличие
2.6	Наличие универсального держателя	наличие
2.7	Стандартный зажим образца	наличие
2.8	Угол поворота исследуемого образца в координатах X, Y, Z	Наличие
2.9	Система защиты рук(пальцев)	Наличие
2.10	Держатель одноразовых лезвий	Наличие
2.11	Лоток для отходов	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Гарантийный срок не менее 12 мес.

Разработчики ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро»:

- Специалист по организации закупок ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро» Севашко М.Г.

- Фельдшер - лаборант (старший) ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро»

Михневич Д.В.

- Фельдшер - лаборант отделения общей патологии ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро» Арсенович Владимир Трофимович.

Согласовано:

Главный внештатный специалист по патологической анатомии главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома- Матвеюк В.В.