

Приложение №1
к заявке на закупку
**Аппарат ультразвуковой
терапевтический
для удаления зубного камня**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 1 Аппарат ультразвуковой терапевтический для удаления зубного камня

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Аппарат ультразвуковой терапевтический для удаления зубного камня	шт.	1
2.	Блок управления с классическими кнопками и регулятором мощности	шт.	1
3.	Сетевой адаптер;	шт.	1
4.	Наконечник съемный с LED подсветкой, автоклавируемый	шт.	1
5.	резервуар для воды	шт.	1
6.	насадки в комплекте G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D, E1.	шт.	8 (по 1 каждого вида)

2. Технические требования

№п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1	Вариант исполнения	С автономной подачей воды
2.2	Давление воды	от 0,01 МПа до 0,5 МПа
2.3	Объем резервуара для воды	Не менее 350 мл
2.4	Вход сетевого адаптера	220 В ±10В; 50/60Гц; не более 1,5А
2.5	Вход питания прибора	Не менее 24 В ~ 50/60 Гц, постоянного тока не менее 1,3 А;