

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав / Размер	Количество
ЛОТ 1 Проводник нитиноловый с гибким гидрофильным кончиком	Размер 0.035 инч*от 150 см	100 шт.
ЛОТ 2 Экстрактор камней спиральный	Размер 3,0 Ch 25 шт. Размер 4,0 Ch 25 шт.	50 шт.
Лот 3 Расширитель мочеточниковый в наборе	Расширители от 8 до 22 Fr длиной от 70 см Проводник 0,038 инч. — 1 шт.	30 наб.
ЛОТ 4 Гидрофильный нитиноловый проводник зебра	Размер 0.035 инч*от 150 см	100 шт.
ЛОТ 5 Петля режущая монополярная для использования с резектоскопом	Диаметр 24 Ch	100 шт.
ЛОТ 6 Петля режущая монополярная для использования с резектоскопом	Диаметр 24 Ch	100 шт.
ЛОТ 7 Шарик электрод для использования с резектоскопом RZ Medizintechnik	Диаметр 24 Ch	20 шт.
ЛОТ 8 Шарик электрод для использования с резектоскопом Olympus	Диаметр 24 Ch	20 шт.
ЛОТ 9 Щипцы гибкие захватывающие «Крысиный зуб»	Диаметр 3 Ch	2 шт.
ЛОТ 10 Инструмент световодный 1F.600.3000.SMA (или аналог)	Инструмент световодный 1F.600.3000.SMA (или аналог)	30 шт
Лот 11 Расширитель баллонный мочеточниковый	Расширитель баллонный с устройством для инфляции 3,5Fr Проводник не менее 0,018 inch	20 шт
ЛОТ 12 Проводники для биопсийного пистолета	Проводники для биопсийного пистолета	1000 шт

2. Технические требования:

Лот 1 Проводник нитиноловый с гибким гидрофильным кончиком

- 2.1.1 Форма кончика - прямой
- 2.1.2 Одноразовый
- 2.1.3 Стерильные

Лот 2 Экстрактор камней спиральный

- 2.2.1 4ех - струнная конфигурация
- 2.2.2 Параллельное или винтовое раскрытие
- 2.2.3 Длина не менее 100 см
- 2.2.4 Стерильные
- 2.2.5 Одноразовые

Лот 3 Расширитель мочеточниковый в наборе

- 2.3.1 Одноразовые
- 2.3.2. Стерильные

Лот №4 Гидрофильный нитиноловый проводник зебра

- 2.4.1 Форма кончика – прямой
- 2.4.2 Вид кончика – не менее 50 см гидрофильный и не менее 5 см гибкий

Лот №5 Петля, режущая монополярная для использования с резектоскопом

- 2.5.1 Совместим с резектоскопом RZ Medizintechnik
- 2.5.2 Угол 12 градусов
- 2.5.3 Одноразовые
- 2.5.4 Стерильные

Лот №6 Петля, режущая монополярная для использования с резектоскопом

- 2.6.1 Совместим с резектоскопом Olympus
- 2.6.2 Угол 12 градусов
- 2.6.3 Одноразовые
- 2.6.4 Стерильные

Лот №7 Шарик электрод для использования с резектоскопом RZ Medizintechnik

- 2.7.1 Совместим с резектоскопом RZ Medizintechnik
- 2.7.2 Угол 12 градусов
- 2.7.3 Одноразовые
- 2.7.4 Стерильные

Лот №8 Шарик электрод для использования с резектоскопом Olympus

- 2.8.1 Совместим с резектоскопом Olympus
- 2.8.2 Угол 12 градусов
- 2.8.3 Одноразовые
- 2.8.4 Стерильные

Лот №9 Щипцы гибкие захватывающие «Крысиный зуб»

2.9.1 Гибкие, служат для захвата фрагментов камней, «Крысиный зуб»

2.9.2 Длина 500-660 мм.

Лот №10 Инструмент световодный 1F.600.3000.SMA (или аналог)

2.10.1 Диаметр применяемого волокна 600/660 мкм

2.10.2 Многоразовый

Лот 11 Расширитель баллонный мочеточниковый

2.11.1 Длина от 75 см

2.11.2 Размер раздутого баллона 4/12 мм/Fr

2.11.3 Диаметр Катетера 3,5Fr

Лот №12 Проводники для биопсийного пистолета

2.12.1 Полная совместимость с датчиком УЗИ Aloca модель UST-9124

2.12.2 Одноразовый

2.12.3 Стерильный