

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Лот № 1 Видеоларингоскоп в комплекте с клинками**

**1. Состав (комплектация) оборудования.**

| № п/п | Наименование                             | Единица измерения | Количество |
|-------|------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | Видеоларингоскоп в комплекте с клинками: | Штук              | 1          |
| 1.1.  | многоразовый клинок МАС №3 или аналог    | Штук              | 2          |
| 1.2.  | многоразовый клинок МАС №4 или аналог    |                   | 2          |
| 1.3.  | многоразовый клинок МАС №5 или аналог    |                   | 2          |
| 1.4.  | многоразовый клинок СМАС №3 или аналог   |                   | 2          |
| 1.5.  | многоразовый клинок СМАС №4 или аналог   |                   | 2          |
| 1.6.  | многоразовый клинок СМАС №5 или аналог   |                   | 2          |
| 1.7.  | многоразовый клинок типа Miller №0       |                   | 2          |
| 1.8.  | многоразовый клинок типа Miller №00      |                   | 2          |

**2. Технические требования**

| № п/п | Наименование характеристики                     | Параметры                                              |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Разрешение камеры                               | Не менее 2,0 мегапикселей                              |
| 2     | Размер дисплея                                  | Не менее 3,5 дюйма                                     |
| 3     | Светодиодное освещение                          | Не менее 400 люкс                                      |
| 4     | Объём встроенной памяти                         | Не менее 32 гб                                         |
| 5     | Время автономной работы                         | Не менее 180 мин                                       |
| 6     | USB и HDMI интерфейс                            | Наличие                                                |
| 7     | Антифог (противозапотевание) оптического канала | Наличие                                                |
| 8     | Противомикробный материал рукоятки              | Наличие                                                |
| 9     | Материал клинка устойчивый к стерилизации       | Нерж.сталь                                             |
| 10    | Вариант исполнения (стационарный или мобильный) | Мобильный                                              |
| 11    | Требование к размещению                         | Операционная, реанимация, при транспортировке пациента |

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно документам по процедуре государственной закупки организатора, но не менее 12 месяцев.

**4. Требования о наличии технической документации и иной информации:**

**4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ; для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.