

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Единица измерения	Количество
1.1	Эндоскопический балонный дилататор	2.1	штука	70
1.2	Эндоскопические проводники	2.2	штука	50
1.3	Биопсийные щипцы бронхоскопические, одноразовые	2.3	штука	20

2. Показатели (характеристики):

2.1. Эндоскопический балонный дилататор:

2.1.1 Эндоскопический балонный дилататор 5 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Диаметр баллона	8-9-10 мм	*(1)
2	Длинна баллона	Не более 80 мм	
3	Номинальное давление	3-5,5-9 атм	
4	Рабочая длинна катетера	1800 мм	*(2)
5	Проводник	Не интегрированный	*(3)

2.1.2. Эндоскопический балонный дилататор 15 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Диаметр баллона	10-11-12 мм	*(1)
2	Длинна баллона	Не более 80 мм	
3	Номинальное давление	3-5-8 атм	
4	Рабочая длинна катетера	1800 мм	*(2)
5	Проводник	Не интегрированный	*(3)

2.1.3. Эндоскопический балонный дилататор 40 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Диаметр баллона	12-13,5-15 мм	*(1)
2	Длинна баллона	Не более 80 мм	
3	Номинальное давление	3-4,5-8 атм	
4	Рабочая длинна катетера	1800 мм	*(2)
5	Проводник	Не интегрированный	*(3)

2.1.4. Эндоскопический балонный дилататор 10 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Диаметр баллона	15-16,5-18 мм	*(1)
2	Длинна баллона	Не более 80 мм	
3	Номинальное давление	3-4,5-7 атм	

4	Рабочая длина катетера	1800 мм	*(2)
5	Проводник	Не интегрированный	*(3)

2.2. Эндоскопические проводники:

2.2.1. Проводник 30 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Длина	Не менее 4500 мм	
2	Диаметр	0,0035 дюйма	*(1)
3	Тип дистального конца	Прямой	
4	Покрытие	Гидрофильное	
5	Жесткость рабочей части	Стандартная	

2.2.2. Проводник 20 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Длина	Не менее 2600 мм	
2	Диаметр	0,0035 дюйма	*(1)
3	Тип дистального конца	Прямой	
4	Покрытие	Гидрофильное	
5	Жесткость рабочей части	Стандартная	

2.3. Биопсийные щипцы бронхоскопические, одноразовые: 20 шт

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Длина	100 см	
2	Диаметр	1,8 мм	*(1)
3	Вид раскрываемых браншей	Наличие зубчатого края	*
4	Игла	отсутствие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: Несоответствие пунктам, отмеченным символом (), приведет к отклонению всего предложения.*

(1) Обязательное выполнение – нужны именно эти диаметры – отсутствие звезды может привести к предложению дилататоров других диаметров

(2) Есть 2 варианта с одинакового диаметра расширения баллона, но разные по рабочей длине – нужен именно этот

(3) Есть 2 варианта с одинакового диаметра расширения баллона и одинаковые по рабочей длине, но разные по конструкции проводника – нужен именно этот

Врач –эндоскопист диагностического
отдела



О.Н.Саутин

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Единица измерения	Количество
1.1.	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм	2.1	штука	30
1.2.	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм	2.2	штука	100
1.3.	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм	2.3	штука	60
1.4.	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм	2.4	штука	20
1.5	Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 1600 мм	2.5	штука	60
1.6	Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 2300 мм	2.6	штука	40
1.7	Петли эндоскопические для канала 2,0 мм	2.7	штука	80
1.8	Петли эндоскопические для канала 2,8 мм	2.8	штука	20
1.9	Инструмент эндоскопический тип «сачок»	2.9	штука	30
1.10	Щипцы, захватывающие одноразовые	2.10	штука	50
1.11	Щетка двухсторонняя одноразовая	2.11	штука	4600
1.12.	Щетка одноразовая	2.12	штука	500
1.13.	Клапана для бронхоскопов	2.13	штука	900
1.14.	Клапана для эндоскопов	2.14	штука	420
1.15.	Дистальные колпачки одноразовые	2.15	штука	60

2. Показатели (характеристики):

2.1 Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
---	-----------------------------	-------------------	------------

2.1.1.	Длинна рабочей части	1600 мм	
2.1.2	Для диаметра биопсийного канала	2,0 мм	
2.1.3	Диаметр иглы	21 G	
2.1.4	Длинна иглы	4 мм	Количество 15 шт
2.1.5	Длинна иглы	5 мм	Количество 15 шт

2.2. Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.2.1	Длинна рабочая	1600 мм	
2.2.2	Для диаметра биопсийного канала	2,0 мм	
2.2.3	Диаметр иглы	23 G	
2.2.4	Длинна иглы	4 мм	Количество 50 шт
2.2.5	Длинна иглы	5 мм	Количество 50 шт

2.3 Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.3.1	Длинна рабочая	1600 мм	
2.3.2	Для диаметра биопсийного канала	2,8 мм	
2.3.3	Диаметр иглы	23 G	
2.3.4	Длинна иглы	4 мм	Количество 30 шт
2.3.5	Длинна иглы	5 мм	Количество 30 шт

2.4. Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.4.1	Длинна рабочая	2300 мм	
2.4.2	Для диаметра биопсийного канала	2,8 мм	
2.4.3	Диаметр иглы	23 G	
2.4.4	Длинна иглы	4 мм	

2.5. Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 1600 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.5.1	Длинна рабочая	1800 мм	
2.5.2	Для диаметра биопсийного канала	2,8 мм	
2.5.3	Раскрытие клипсы	9,0 мм	Количество 15 шт

2.5.4	Раскрытие клипсы	11,0 мм	Количество 15 шт
2.5.5	Раскрытие клипсы	14,0 мм	Количество 15 шт
2.5.6	Раскрытие клипсы	17,0 мм	Количество 15 шт
2.5.7	Функция вращения	Наличие	

2.6. Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 2300 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.6.1	Длинна рабочая	2300 мм	
2.6.2	Для диаметра биопсийного канала	2,8 мм	
2.6.3	Раскрытие клипсы	11,0 мм	Количество 20 шт
2.6.4	Раскрытие клипсы	17,0 мм	Количество 20 шт
2.6.5	Функция вращения	Наличие	

2.7. Петли эндоскопические для канала 2,0 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.7.1	Длинна рабочая	2500 мм	
2.7.2	Для диаметра биопсийного канала	2,0 мм	
2.7.3	Раскрытие	10,0 мм	Количество 40 шт
2.7.4	Раскрытие	15,0 мм	Количество 40 шт
2.7.5	Функция вращения	Наличие	

2.8. Петли эндоскопические для канала 2,8 мм

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.8.1	Длинна рабочая	2300 мм	
2.8.2	Для диаметра биопсийного канала	2,8 мм	
2.8.3	Раскрытие	30,0 мм	
2.8.4	Функция вращения	Наличие	

2.9. Инструмент эндоскопический тип «сачок»

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.9.1	Длинна рабочая	1600 мм	
2.9.2	Для диаметра биопсийного канала	2,0 мм	
2.9.3	Материал	сетка	

2.10. Щипцы захватывающие одноразовые

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.10.1	Длинна рабочая	1200 мм	
2.10.2	Для диаметра биопсийного канала	1,2 мм	
2.10.3	4-х проволочная корзина	Наличие	
2.10.4	Диаметр раскрытия корзины 10 мм	Наличие	Количество 25 шт
2.10.5	Диаметр раскрытия корзины 15 мм	Наличие	Количество 25 шт

2.11. Щетка двухсторонняя одноразовая

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.11.1	Длинна рабочая	2200 мм	
2.11.2	Для диаметра биопсийного канала	2,0-4,2 мм	
2.11.3	Щетки для очистки входных отверстий	Наличие	

2.12. Щетка одноразовая

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.12.1	Длинна рабочая	1200 мм	
2.12.2	Для диаметра биопсийного канала	1,2 мм	

2.13. Клапана для бронхоскопов

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.13.1	Аспирационный, одноразовый	Одноразовые	Количество 600 шт
2.13.2	Биопсийный клапан	Одноразовые	Количество 300 шт
2.13.3	Совместимость с бронхоскопами OLYMPUS	Выполнение	

2.14. Клапана для эндоскопов

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.14.1	Клапан вода-воздух	Многоразовый	Количество 10 шт
2.14.2	Аспирационный клапан	Многоразовый	Количество 10 шт
2.14.3	Биопсийный клапан	Полуодноразовый	Количество 400 шт

2.14.4	Совместимость с бронхоскопами OLYMPUS	Выполнение	
--------	---	------------	--

2.15. Дистальные колпачки одноразовые

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.15.1	Длина 4 мм	Наличие	
2.15.2	Боковое отверстие для дренажа жидкости	Наличие	
2.15.3	Внешний диаметр 11,4 мм	Наличие	Количество 30 шт
2.15.4	Внешний диаметр 12,4 мм	Наличие	Количество 30 шт
2.15.4	Совместимость с эндоскопами OLYMPUS	Выполнение	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач –эндоскопист диагностического
отдела

К.Д.Санфиров

