

УНИФИЦИРОВАННОЕ (ТИПОВОЕ) ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
медицинских перчаток для нужд организаций здравоохранения Гомельской области

Лот №7

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Перчатки медицинские латексные повышенной прочности нестерильные непудренные
Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Состав: согласно приложению к лоту №7. 2. Технические характеристики (описание) перчаток медицинских латексных повышенной прочности нестерильных непудренных: 2.1. Перчатки должны быть пятипальцами, бесшовными, с краями, закатными в венчик; 2.2. Перчатки должны быть изготовлены из латекса; 2.3. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток; 2.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,46 мм, длина перчатки должна быть не менее 300 мм 2.5. Упаковка перчаток должна быть индивидуальная; 2.6. Перчатки должны иметь текстурированную поверхность.

Приложение к лоту №7:

№п/п	Наименование	Размер перчаток	Кол-во, штук
1.1	Перчатки медицинские латексные повышенной прочности нестерильные непудренные	размер S	25 200
1.2	Перчатки медицинские латексные повышенной прочности нестерильные непудренные	размер M	120 900
1.3	Перчатки медицинские латексные повышенной прочности нестерильные непудренные	размер L	64 400

Лот №10

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Перчатки хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)
Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Состав: согласно приложению к лоту №10. 2. Технические характеристики (описание) перчаток медицинских хирургических стерильных непудренных повышенной прочности (ортопедических): 2.1. Перчатки должны быть пятипальцами, бесшовными, с краями, закатными в венчик;

	2.2. Перчатки должны быть изготовлены из натурального латекса; 2.3. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток; 2.4. Перчатки должны быть матовыми; 2.5. Перчатки должны быть стерильны и индивидуально упакованы с обязательным разделением на правую и левую руку; 2.6. Перчатки должны иметь текстурированную поверхность.
--	--

Приложение к лоту №10:

№п/п	Наименование	Размер перчаток	Кол-во, пар
1.1	Перчатки хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)	6,5	14 600
1.2	Перчатки хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)	7,0	20 580
1.3	Перчатки хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)	7,5	29 330
1.4	Перчатки хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)	8,0	10 410
1.5	Перчатки хирургические стерильные непудренные повышенной прочности (ортопедические)	8,5	4 000