

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения Расходные материалы для стерилизационного оборудования

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
ЛОТ №1- Индикатор контроля стерилизации химический (121°C)	1.Индикатор для контроля паровой стерилизации. Температура стерилизации 121°C, время стерилизации 20 мин. Наружный	1000000 штук
	2.Индикатор для контроля паровой стерилизации. Температура стерилизации 121°C, время стерилизации 20 мин. Внутренний	1000000 штук
ЛОТ № 2 Рулоны с химическим индикатором для паровой стерилизации	1.Рулоны с химическим индикатором, размер 150-160мм	20 штук
	2.Рулоны с химическим индикатором, размер 200-210мм	20 штук
	3.Рулоны с химическим индикатором, размер 250-260мм	20 штук
	4.Рулоны с химическим индикатором, размер 350-360мм	20 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Индикатор контроля стерилизации химический (121°C)
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации – температуры.
2.2 Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;
2.3 Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;
2.4 Соответствие не менее чем 4 классу;
2.5 Материал: бумажная основа на клеевом основании.
В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации
ЛОТ №2 Рулоны с химическим индикатором для паровой стерилизации
2.1. Рулон для паровой стерилизации не менее 70м

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.