

1. Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.1 Состав (комплектация) медицинского оборудования на один комплект:

№ п.п	Наименование	Кол-во штук
1.	Тубус сменный с волоконным световодом 20/200 мм	6
2.	Тубус сменный с волоконным световодом 20/300 мм	2
3.	Тубус сменный с волоконным световодом 18/200 мм	2
4.	Тубус сменный с волоконным световодом 16/200 мм	2
5.	Головка осветительная	2
6.	Ручка (держатель осветительной головки)	1
7.	Защитная крышка	2
8.	Насадка манипуляционная	2
9.	Колпачок	10
10.	Устройство оптическое	1
11.	Пневматический нагнетатель	1
12.	Щетка	2
13.	Зонд-коагулятор	1
14.	Электрод	1
15.	Осветитель	1
16.	Кабель световодный	1
17.	Трубка отсасывающая	2
18.	Вагодержатель цанговый	2
19.	Щипцы биопсийные	3
20.	Аноскоп хирургический	2
21.	Лигатор вакуумный курковый (30°)	1
22.	Кольца для лигирования	1

2. Показатели, (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тубус сменный с волоконным световодом 20/200 мм

2.1.1	В составе – тубус, втулка защитная, obturator	наличие
2.1.2	Длина рабочей части, мм	200
2.1.3	Диаметр рабочей части, мм	20
2.1.4	Многоразовый	наличие

2.2. Тубус сменный с волоконным световодом 20/300 мм

2.2.1	В составе – тубус, втулка защитная, obturator	наличие
2.2.2	Длина рабочей части, мм	300
2.2.3	Диаметр рабочей части, мм	20
2.2.4	Многоразовый	наличие

2.3. Тубус сменный с волоконным световодом 18/200 мм

2.3.1	В составе – тубус, втулка защитная, obturator	наличие
2.3.2	Длина рабочей части, мм	200
2.3.3	Диаметр рабочей части, мм	18
2.3.4	Многоразовый	наличие

2.4. Тубус сменный с волоконным световодом 16/200 мм

2.4.1	В составе – тубус, втулка защитная, obturator	наличие
2.4.2	Длина рабочей части, мм	200
2.4.3	Диаметр рабочей части, мм	16
2.4.4	Многоразовый	наличие

2.5. Головка осветительная

2.5.1	Встроенный световод	наличие
2.5.2	Штуцер для для подсоединения источника света	наличие
2.5.3	Байонетное соединение для работы со сменными тубусами	наличие
2.5.4	Крепление защитной крышки резьбовое	наличие
2.5.5	Многоразовый	наличие

2.6. Ручка (держатель осветительной головки)

2.6.1	Длина не менее 120 мм	наличие
2.6.2	Крепление на осветительной головке с помощью винта	наличие
2.6.3	Многоразовый	наличие

2.7. Защитная крышка

2.7.1	Резьбовое соединение	наличие
2.7.2	Смотровое стекло	наличие
2.7.3	Многоразовый	наличие

2.8. Насадка манипуляционная

2.8.1	Резьбовое соединение	наличие
2.8.2	Полукруглый окуляр	наличие
2.8.3	Инструментальный канал диаметром 5,5 мм	наличие
2.8.4	Силиконовый сменный колпачок на инструментальном канале	наличие

2.8.5	Многоразовый	наличие
-------	--------------	---------

2.9. Колпачок

2.9.1	Совместим с инструментальным каналом насадки манипуляционной	наличие
-------	--	---------

2.10. Устройство оптическое

2.10.1	Трехкратное увеличение	наличие
2.10.2	Регулировка резкости	наличие
2.10.3	Многоразовый	наличие

2.11. Пневматический нагнетатель

2.11.1	Производительность, не менее 38см3 за одно сжатие	наличие
2.11.2	Запирающий клапан	наличие
2.11.3	Многоразовый	наличие

2.12. Щетка

2.12.1	Длина рабочей части	400 мм
2.12.2	Диаметр	50 мм
2.12.3	Многоразовый	наличие

2.13. Зонд-коагулятор

2.13.1	Длина рабочей части	420 мм
2.13.2	Диаметр	5 мм
2.13.3	Канал для ирригации	наличие
2.13.4	Рукоятка с контактом для подключения в ЭХВЧ и гнездом для ирригации	наличие
2.13.5	Многоразовый	наличие

2.14. Электрод

2.14.1	Длина рабочей части	420 мм
2.14.2	Диаметр	5 мм
2.14.3	Тип	шар
2.14.4	Контакт для подключения в ЭХВЧ	наличие
2.14.5	Многоразовый	наличие

2.15. Осветитель

2.15.1	Питание 220 В, 50Гц	наличие
2.15.2	Потребляемая мощность не более 230 Вт	наличие
2.15.3	2 режима работы (экономичный и повышенной освещенности)	наличие

2.16. Кабель световодный

2.16.1	Длина	Не менее 2300 мм
2.16.2	Диаметр	Не более 5 мм
2.16.3	Многоразовый	наличие

2.17. Трубка отсасывающая

2.17.1	Длина рабочей части	420 мм
2.17.2	Диаметр	5 мм
2.17.3	Многоразовый	наличие

2.18. Ватодержатель канговый

2.18.1	Длина рабочей части	440 мм
2.18.2	Диаметр	5 мм
2.18.3	Многоразовый	наличие

2.19. Щипцы биопсийные

2.19.1	Длина рабочей части	500 мм
2.19.2	Диаметр	Не более 5 мм
2.19.3	Многоразовый	наличие

2.20. Аноскоп хирургический

2.20.1	П-образный вырез для проведения манипуляций	Наличие
2.20.2	Ручка аноскопа может вращаться относительно оси тубуса и фиксируется винтом	Наличие
2.20.3	Обтюратор	Наличие
2.20.4	Световод вмонтирован в ручку и корпус	Наличие
2.20.5	Ручка имеет пугупер для подсоединения к световодному кабелю	Наличие
2.20.6	В корпусе световод распределен в виде кольца и направлен в сторону дистального конца тубуса аноскопа	Наличие
2.20.7	Диаметр тубуса, мм	28
2.20.8	Длина рабочей части тубуса, мм	85
2.20.9	Многоразовый, автоклавируемый	Наличие

2.21. Лигатор вакуумный курковый (30°)

2.21.1	Угол наклона рабочей части	вниз, 30°
2.21.2	Длина рабочей части, мм	170
2.21.3	Конус установочный	Наличие
2.21.4	Многоразовый, автоклавируемый	

2.22. Кольца для лигирования

2.22.1	Материал	высококачественный латекс
2.22.2	Количество в упаковке, шт	100

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

3.1. Согласно требованиям аукционных документов организатора закупки.