

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

ГУ «Республиканский научно-практический
центр пульмонологии и фтизиатрии»
220080 Республика Беларусь, г. Минск,
Долгиновский тракт, 157
Тел. +375 29 146-35-96

Дефектный акт № 663 от 05.06.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
аппарат для обработки эндоскопов DSD-201, серийный номер 184752-009
2. Выявленные неисправности:
течь сливного клапана ст. В
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
ремонт клапана слива ДСВУ ст. В
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Белый Е. Л.

Подпись




Представитель «ГУ «Республиканский
научно-практический центр пульмонологии и
фтизиатрии»

Зам. директора по лабораторным
Бабичев А.М.

Должность, ФИО

Подпись



Signature