

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1-6 Катетер урологический Фолея

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Катетер урологический Фолея	CH-14	штука	5700
2	Катетер урологический Фолея	CH-16	штука	23 600
3	Катетер урологический Фолея	CH-18	штука	24 600
4	Катетер урологический Фолея	CH-20	штука	14 300
5	Катетер урологический Фолея	CH-22	штука	8 200
6	Катетер урологический Фолея	CH-24	штука	3 700

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Катетер должен быть двухходовым;
- 2.2. Наличие баллона от 5 мл до 30 мл, в зависимости от размера;
- 2.3. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
- 2.4. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
- 2.5. Индивидуальная стерильная упаковка;
- 2.6. Наличие цветовой маркировки изделий.

Лот 7-9 Катетер урологический Фолея

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
7.	Катетер урологический Фолея	CH-16	штука	2 000
8.	Катетер урологический Фолея	CH-18	штука	2 900
9.	Катетер урологический Фолея	CH-20	штука	2 400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Катетер должен быть трехходовым;
- 2.2. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
- 2.3. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
- 2.4. Наличие баллона от 5 мл до 30 мл, в зависимости от размера;
- 2.5. Индивидуальная стерильная упаковка;
- 2.6. Наличие цветовой маркировки изделий.