

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) лапароскопического инструментария соединяющего и воздействующего на ткани организма

Лот №8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Эндоклипер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс	4
2.	Эндоклипер многоразовый для наложения больших полимерных клипс	4
3.	Эндоклипер многоразовый для наложения экстра-больших полимерных клипс	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
 - 2.1. Эндоклипер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс должен иметь:
 - 2.1.1. Цветовая маркировка клипатора- зеленая;
 - 2.1.2. Поворот рабочей части не менее 340°;
 - 2.1.3. Диаметр - 5 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;
 - 2.1.4. Бранши изогнуты на 20°;
 - 2.1.5. В браншах клипатора имеются углубления 0,9мм, соответствующие выступам на клипсе;
 - 2.1.6. Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 3 до 10 мм;
 - 2.2. Эндоклипер многоразовый для наложения больших полимерных клипс должен иметь:
 - 2.2.1. Цветовая маркировка клипатора- фиолетовая;
 - 2.2.2. Поворот рабочей части не менее 340°;
 - 2.2.3. Диаметр - 10 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;
 - 2.2.4. Бранши изогнуты на 20°;
 - 2.2.5. В браншах клипатора имеются углубления 1,3мм, соответствующие выступам на клипсе;
 - 2.2.6. Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 5 до 13 мм;
 - 2.3. Эндоклипер многоразовый для наложения экстра-больших полимерных клипс должен иметь:
 - 2.3.1. Цветовая маркировка клипатора- желтая;
 - 2.3.2. Поворот рабочей части не менее 340°;
 - 2.3.3. Диаметр - 10 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;

- 2.3.4. Бранши изогнуты на 20°;
- 2.3.5. Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 7 до 16 мм;
- 2.4. Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию
- 2.5. Инструменты должны быть доступными для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.