

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

«Инструмент для травматологии»

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Количество
Лот 1	Крючки кистевые	10 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
Лот 1		
1	Крючки кистевые	4х зубчатые острые длина 100-170 мм, из нержавеющей стали или титанового сплава

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском языке.