

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

«Инструмент для травматологии»

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Количество
Лот 1	Крючки кистевые	10 шт.
Лот 2	Кусачки с твердосплавными вставками, со специальной усиленной режущей частью, для шурупов, жесткой проволоки	10 шт.
Лот 3	Кусачки для спиц	10 шт.
Лот 4	Кусачки кистевые Люер	10 шт.
Лот 5	Кусачки кистевые Листон	10 шт.
Лот 6	Пассатижи медицинские	10 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
		Лот 1
1	Крючки кистевые	4х зубчатые острые длина 100-130мм, из нержавеющей стали или титанового сплава
		Лот 2
2	Кусачки с твердосплавными вставками, со специальной усиленной режущей частью, для шурупов, жесткой проволоки	из нержавеющей стали или титанового сплава, длина не менее 220мм
		Лот 3
3	Кусачки для спиц	из нержавеющей стали или титанового сплава, длина не более 150мм
		Лот 4
4	Кусачки кистевые Люер	из нержавеющей стали или титанового сплава, длина не более 120-150мм
		Лот 5
5	Кусачки кистевые Листон	из нержавеющей стали или титанового сплава, длина не более 120-150мм
		Лот 6
6	Пассатижи медицинские	из нержавеющей стали или титанового сплава, длина не более 120-150мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации.

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском языке.