

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
перчаток смотровых нитриловых**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер перчаток	Ед. изм.	Количество
1.1.	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные непудренные	S	штука	20 000 000
1.2.	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные непудренные	M	штука	43 000 000
1.3.	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные непудренные	L	штука	22 000 000
1.4.	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные непудренные	XL	штука	400 000
Итого по лоту 1				85 400 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Перчатки должны быть нестерильные, непудренные и изготовлены из нитрила;
- 2.2. Наличие текстурированной поверхности
- 2.3. Толщина одной стенки (пальца) перчатки должна быть не менее 0,05 мм.

МТ 515/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
перчаток смотровых латексных**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер перчаток	Ед. изм.	Количество
1.1.	Перчатки смотровые латексные	S	штука	5 000 000
1.2.	Перчатки смотровые латексные	M	штука	10 000 000
1.3.	Перчатки смотровые латексные	L	штука	6 000 000
1.4	Перчатки смотровые латексные	XL	штука	30 000
Итого по лоту 2			штука	21 030 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Перчатки должны быть нестерильные, непудренные и изготовлены из латекса;
- 2.2. Наличие текстурированной поверхности;
- 2.3. Толщина одной стенки перчатки должна быть не менее 0,12 мм;