

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №1: Система одноразовая для забора венозной крови с активатором свертывания и получения сыворотки крови 4,9 мл типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с активатором свертывания и получения сыворотки крови 4,9 мл типа S-Monovette или аналог	штук	241 950

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. система рассчитана для забора не более 4,9 мл венозной крови с активатором свертывания крови (силикат);
- 2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 90 мм, диаметр – не более 13 мм для обеспечения выполнения пробоподготовки;
- 2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;
- 2.4. система должна быть оснащена закручивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительных адаптеров для установки иглы;
- 2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №2: Система одноразовая для забора венозной крови с цитратом натрия и получения плазмы 4,3 мл типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с цитратом натрия и получения плазмы 4,3 мл типа S-Monovette или аналог	штук	111 750

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. система рассчитана для забора 4,3 мл венозной крови и содержит жидкий цитрат натрия концентрацией 0,106 моль/л;
- 2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 75 мм, диаметр – не более 13 мм, для обеспечения выполнения пробоподготовки;
- 2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;
- 2.4. система должна быть оснащена завинчивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительных адаптеров для установки иглы;
- 2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №3: Система одноразовая для взятия венозной крови и получения плазмы с КЗ ЭДТА для гематологических исследований 7,5 мл типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови и получения плазмы с КЗ ЭДТА для гематологических исследований 7,5 мл типа S-Monovette или аналог	штук	25 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. система рассчитана для забора не более 7,5 мл венозной крови с КЗ ЭДТА;
- 2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 92 мм, диаметр – не более 15 мм для обеспечения выполнения пробоподготовки на центрифуге лабораторной «Labofuge-200», DiaMed (Швейцария); «Fenox MC-24», ООО «Анализ Мед Пром»;
- 2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;
- 2.4. система должна быть оснащена завинчивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительного адаптера для установки иглы;
- 2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №4: Система одноразовая для забора венозной крови с КЗ ЭДТА 2,6 мл для гематологических исследований типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с КЗ ЭДТА 2,6 мл для гематологических исследований типа S-Monovette или аналог	штук	161 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. система рассчитана для забора не более 2,6 мл венозной крови с КЗ ЭДТА для гематологических исследований;
- 2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 65 мм, диаметр – не более 13 мм, для обеспечения выполнения пробоподготовки;
- 2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;
- 2.4. система должна быть оснащена завинчивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительного адаптера для установки иглы;
- 2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №5 Система одноразовая для забора венозной крови 1,6 мл с гирудином для исследования функции тромбоцитов типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови для исследования функции тромбоцитов 1,6 мл с гирудином типа S-Monovette или аналог	штук	1 600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. система рассчитана для забора не более 1,6 мл венозной крови с гирудином для исследования функции тромбоцитов на системе Multiplate;
- 2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 75 мм, диаметр – не более 13 мм;
- 2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;
- 2.4. система должна быть оснащена завинчивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительного адаптера для установки иглы;
- 2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:
Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №6: Система одноразовая для забора венозной крови с цитратом натрия и получения плазмы 1,4 мл типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с цитратом натрия и получения плазмы 1,4 мл типа S-Monovette или аналог	штук	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. система рассчитана для забора 1,4 мл венозной крови и содержит жидкий цитрат натрия концентрацией 0,106 моль/л;

2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 66 мм, диаметр – не более 8 мм, для обеспечения выполнения пробоподготовки;

2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;

2.4. система должна быть оснащена закручивающейся крышечкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительных адаптеров для установки иглы;

2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №7: Система одноразовая для забора венозной крови с цитратом натрия и получения плазмы 2,9 мл типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с цитратом натрия и получения плазмы 2,9 мл типа S-Monovette или аналог	штук	600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. система рассчитана для забора 2,9 мл венозной крови и содержит жидкий цитрат натрия концентрацией 0,106 моль/л;

2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 65 мм, диаметр – не более 13 мм, для обеспечения выполнения пробоподготовки;

2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;

2.4. система должна быть оснащена закручивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительных адаптеров для установки иглы;

2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот № 8: Система одноразовая для забора венозной крови с активатором свертывания, для получения сыворотки крови 2,7 мл типа S-Monovette или аналог.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с активатором свертывания, для получения сыворотки крови 2,7 мл типа S-Monovette или аналог.	штук	10 800

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. система рассчитана для забора не более 2,7 мл венозной крови с активатором свертывания крови (силикат);

2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 66 мм, диаметр – не более 11 мм для обеспечения выполнения пробоподготовки на центрифуге «Labofuge-200», DiaMed (Швейцария);

2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;

2.4. система должна быть оснащена закручивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительных адаптеров для установки иглы;

2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 9 : Система одноразовая для забора венозной крови с КЗ ЭДТА для иммуногематологических исследований типа S-Monovette 4,9 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Система одноразовая для забора венозной крови с КЗ ЭДТА для иммуногематологических исследований типа S-Monovette 4,9 мл	штук	33 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. система рассчитана для забора не более 4,9 мл венозной крови с КЗ ЭДТА для иммуногематологических исследований;

2.2. габаритные размеры системы: длина – не более 90мм, диаметр – не более 13 мм, для установки на борт автоматического иммуногематологического анализатора ИН-500;

2.3. система имеет встроенный плунжер для регулирования аспирации образца и предусматривает вакуумный забор крови;

2.4. система должна быть оснащена завинчивающейся крышкой для минимизации аэрозольного эффекта и не требовать дополнительного адаптера для установки иглы;

2.5. система должна иметь прозрачную этикетку или этикетку, которая не должна препятствовать визуальной оценке качества образца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 10: Иглы 20G x 1" для одноразовых систем типа S-Monovette или аналог.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Иглы 20G x 1" для одноразовых систем типа S-Monovette или аналог	штук	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. игла должна быть совместима с одноразовыми системами, предложенными в лотах №1-9 данной заявки на закупку одноразовых систем;

2.2. диаметр иглы не более 0,9мм, длина не болсе 25 мм Ø, желтая;

2.3. игла должна иметь защитный колпачок;

2.4. игла должна быть стерильной.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот №11: Игла 21G x 1^{1/2}" для одноразовых систем типа S-Monovette или аналог.

1. Состав расходных материалов:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Игла 21G x 1 ^{1/2} " для одноразовых систем типа S-Monovette или аналог	штук	200 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. игла должна быть совместима с одноразовыми системами, предложенными в лотах №1-9 данной заявки на закупку одноразовых систем;

2.2. диаметр иглы не более 0,8мм, длина не более 38 мм (21G x 1^{1/2}");

2.3. игла должна иметь защитный колпачок;

2.4. игла должна быть стерильной.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 12: Мультиадаптер для соединения иглы S-Monovette с любой системой типа Люэр.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мультиадаптер для соединения иглы S-Monovette с любой системой типа Люэр	штук	10 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. мультиадаптер должен быть совместим с одноразовыми системами типа S-Monovette или аналог.

2.2. мультиадаптер должен быть стерильным.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 13: Мембранный адаптер для соединения иглы S-Monovette с системой одноразовой для забора венозной крови для исследования электролитов и газов крови или аналог.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Мембранный адаптер для соединения иглы S-Monovette с системой одноразовой для забора венозной крови для исследования электролитов и газов крови или аналог	штук	10 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. мембранный адаптер должен быть совместим с системой одноразовой для забора венозной крови для исследования электролитов и газов крови типа S-Monovette 2,0 мл или аналог.

2.2. мембранный адаптер должен быть стерильным.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять:

Согласно аукционным документам организатора.