

Дополнительные требования:

1. Реагенты и рабочий раствор должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Реагенты и рабочий раствор должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к оборудованию для изосерологии (центрифуга для ID-карт 6-S) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)



И.В.Анташкевич