

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) лапароскопического инструментария
колющего**

Лот №3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Трозкар 10-11 мм со стилетом и подачей газа 165 мм (± 5 мм)	50
2.	Троаккар 5-5,5 мм со стилетом и подачей газа 140 мм (± 10 мм)	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
 - 2.1. Троаккар 10-11 мм со стилетом и подачей газа 165 мм (± 5 мм)
 - 2.1.1. Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию
 - 2.1.2. Разборный, доступный для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации
 - 2.1.3. Диаметр 10-11 мм
 - 2.1.4. Длина 165 мм ± 5 мм, рабочая часть 100-105 мм
 - 2.1.5. Длина стилета 190 мм ± 5 мм
 - 2.1.6. Клапан оснащен постоянным магнитом и стальным шариком, закрывающим рабочий канал
 - 2.1.7. Наличие крана для подачи газа
 - 2.2. Троаккар 5-5,5 мм со стилетом и подачей газа 140 мм (± 10 мм)
 - 2.2.1. Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию
 - 2.2.2. Разборный, доступный для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации
 - 2.2.3. Диаметр 5-5,5 мм
 - 2.2.4. Длина 140 мм ± 10 мм, рабочая часть 100-105 мм
 - 2.2.5. Длина стилета 150 мм ± 5 мм
 - 2.2.6. Клапан оснащен постоянным магнитом и стальным шариком, закрывающим рабочий канал
 - 2.2.7. Наличие крана для подачи газа
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.