

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наконечники для автоматического дозатора	шт.	19200
2	Емкость для разведения	шт.	2000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Совместимость с анализатором AutoDELFIA	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наконечники для автоматического дозатора	шт.	1920
2	Ёмкость для разведения	шт.	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Совместимость с анализатором AutoDELFIA	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наконечники для автоматического дозатора	шт.	2592

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Совместимость с анализатором DELFIA Xpress	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Наконечники для автоматического дозатора	шт.	288

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Совместимость с анализатором DELFIA Xpress	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пипетка серологическая, объём 1 мл	шт.	8600
2	Пипетка серологическая, объём 2 мл	шт.	9750
3	Пипетка серологическая, объём 5 мл	шт.	13300
4	Пипетка серологическая, объём 10 мл	шт.	14400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Материал	прозрачный полистирол
3	Стерильность, апирогенность	стерильно, апирогенно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пипетка серологическая, объём 1 мл	шт.	1000
2	Пипетка серологическая, объём 2 мл	шт.	1050
3	Пипетка серологическая, объём 5 мл	шт.	1400
4	Пипетка серологическая, объём 10 мл	шт.	1500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Материал	прозрачный полистирол
3	Стерильность, апирогенность	стерильно, апирогенно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пробирка полипропиленовая, объём 15 мл	шт.	23950

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Дно	коническое
3	Крышка	завинчивающаяся
4	Градуировка	наличие
5	Место для маркировки	наличие
6	Стерильность, апирогенность	стерильно, апирогенно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пробирка полипропиленовая, объём 15 мл	шт.	2400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Дно	коническое
3	Крышка	завинчивающаяся
4	Градуировка	наличие
5	Место для маркировки	наличие
6	Стерильность, апирогенность	стерильно, апирогенно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Чашка Петри, диаметр 35 мм	шт.	18000
2	Чашка Петри, диаметр 90 – 100 мм	шт.	8500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Гидрофильность поверхности культивирования	высокая, для чувствительных адгезивных клеток
3	Крышка	вентилируемая
4	Стерильность, апиrogenность	стерильно, апиrogenно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Чашка Петри, диаметр 35 мм	шт.	1800
2	Чашка Петри, диаметр 90 – 100 мм	шт.	850

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Гидрофильность поверхности культивирования	высокая, для чувствительных адгезивных клеток
3	Крышка	вентилируемая
4	Стерильность, апиrogenность	стерильно, апиrogenно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Слайд-флакон	шт.	5920

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Материал предметного стекла	пластмасса
3	Гидрофильность поверхности культивирования	высокая, для чувствительных адгезивных клеток
4	Площадь поверхности культивирования	9 см ²
5	Стерильность, апиrogenность	стерильно, апиrogenно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

БелМТ №117/26

лот 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Слайд-флакон	шт.	594

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Параметр	Значение параметра
1	Назначение	для работы с культурами клеток человека
2	Материал предметного стекла	пластмасса
3	Гидрофильность поверхности культивирования	высокая, для чувствительных адгезивных клеток
4	Площадь поверхности культивирования	9 см ²
5	Стерильность, апиrogenность	стерильно, апиrogenно

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.