

БелМТ №714/25

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
монитор церебральной перфузии
(4 комплекта)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Основной блок (монитор) модульного типа	шт.	1
1.2.	Одноразовые наружные датчики для измерения церебральной оксигенации для взрослых	комплект	200
1.3.	Многоразовые наружные датчики для измерения церебральной оксигенации для взрослых	комплект	2
1.4.	Кабели для соединения датчиков с основным блоком	комплект	2
1.5.	Набор креплений для датчиков (при конструктивной необходимости)	комплект	1
1.6.	Стойка для мобильного использования	шт.	1
1.7.	Адаптер питания	шт.	1
1.8.	Аккумуляторная батарея	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Прибор предназначен для оценки состояния больных с подозрением на нарушение церебральной оксигенации.

2.2. Принцип действия должен быть основан на оптической спектроскопии с применением инфракрасного света с диапазоном от 650 до 1100 нм.

2.3. Наличие возможности проводить дифференциальную диагностику

между ишемическим и гипоксическим поражением мозга.

- 2.4. * Неинвазивный метод мониторинга церебральной перфузии.
- 2.5. Наличие сенсорного монитора с простой интуитивно понятной системой настройки.
- 2.6. Наличие функции усреднения оптической спектроскопии с применением инфракрасного света с диапазоном от 650 до 1100 нм.
- 2.7. Наличие функции контроля датчиков.
- 2.8. Наличие возможности установки автоматической базовой линии.
- 2.9. Наличие возможности непрерывного мониторинга средней церебральной оксигенации пациента.
- 2.10. Наличие не менее 4-х каналов измерения rSO₂ для оценки степени нарушения в сравнении с нормой.
- 2.11. Наличие возможности проводить неинвазивный мониторинг церебральной и периферической циркуляции в реальном времени.
- 2.12. Наличие возможности проводить оценку соотношения между церебральной и периферической циркуляцией пациента.
- 2.13. Диапазон измерения SpO₂ не уже 15–95%.
- 2.14. Возможность установки до 4 датчиков для неинвазивного определения оксигенации крови в реальном времени в интересующих областях.
- 2.15. Наличие функции встроенной памяти событий.
- 2.16. Наличие визуальной и звуковой сигнализации.
- 2.17. Время автономной работы не менее 60 минут.
- 2.18. Наличие возможности интеграции с медицинскими информационными системами и передачи информации по проводному и беспроводному каналу.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документом организатора.