

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

«Консоль медицинская настенная».

1. Состав одного комплекта:

№ п/п	Состав (комплектация оборудования)	Кол- во
1.	Консоль медицинская настенная	1 шт.
2.	Блок из 8-ми (восьми) электрических розеток	1 шт.
3.	Разъем выравнивания потенциалов	4 шт.
4.	разъем R145	4 шт.
5.	Газовые разъемы, стандарт DIN кислород	3 шт.
6.	Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух	2 шт.
7.	Газовые разъемы, стандарт DIN вакуум	2 шт.
8.	Полка с бамперами с креплением на консоль, с возможностью перевешивания	1 шт.
9.	Рельс медицинский	2 шт.
10.	Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоуровневых емкостей для сбора секрета, корзины для крепления емкостей, вакуумного регулятора с манометром и шлангом для подключения к системе медицинских газов.	1 шт.
11.	Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс	1 шт.

2. Технические требования:

2.1 Консоль медицинская настенная горизонтальная, специально спроектированная для применения в палатах реанимации и интенсивной терапии.

2.2 минимальная длина консоли не может быть менее необходимой для физического размещения встраиваемого и навесного оборудования, указанного в техническом задании;

2.3 максимальная длина консоли не более 2000 мм (двух тысяч миллиметров).

2.2 Электрические розетки, суммарная мощность подключаемой аппаратуры: 4 кВт; напряжение 220 В, частота 50 Гц; с контрольным индикатором, закрывающимися крышками. Из 8 розеток 4 (четыре) должны быть предусмотрены для подключения потребителей первой особой категории, для чего их закрывающие крышки или весь корпус этих розеток должны быть выделены отдельным цветом. *

2.3 Подка с бамперами с креплением на консоль должна иметь возможность перевешивания.

2.4 В комплект консоли должен входить вакуумный аспиратор, состоящий из двух многоразовых ударопрочных емкостей для сбора секрции объемом не менее 650 мл, корзины для крепления емкостей, вакуумного регулятора с манометром и шланга для подключения к системе медицинских газов. Максимальная скорость аспирации не менее 45 л/мин.

* - невозможность выполнения пункта ведет к отказу в участии в конкурсе

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:

3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

БелМТ №423/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
**консоль потолочная двухплечевая с двумя подвесными секциями:
анестезиологическая, хирургическая
(1 комплект)**

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Консоль хирургически-анестезиологическая	1 шт.	
1.1.	Единое потолочное крепление для 2-х секций консоли	1 комплект	
	Анестезиологическая секция.		
1.2.	Система поворотных плечей с электроподъемником и электропневматическими тормозами	1 комплект	Радиус вращения 1500–1750 мм, диапазон регулировки по высоте не менее 600 мм
1.3.	Вертикальная колонна	1 шт.	Высота 1000 -1100 мм
1.4.	Электрическая розетка 220 В, 50 Гц красного цвета с контрольным индикатором и вставкой для нанесения подписи	4 шт.	I особая категория, надпись «Д»
1.5.	Электрическая розетка 220 В, 50 Гц белого цвета с контрольным индикатором и вставкой для нанесения подписи	4 шт.	I категория, надпись «1-я кат»
1.6.	Порт выравнивания потенциалов	8 шт.	
1.7.	Газовые разъемы, стандарт DIN ISO	6 шт.	Кислород - 2 шт., сжатый воздух - 1 шт., вакуум - 1 шт., закись азота - 1 шт., отвод отработанных газов - 1 шт.
1.8.	Компьютерная розетка	2 шт.	RJ45

1.9.	Панель управления тормозами и электроподъемником	1 шт.	Левая боковая поверхность колонны
1.10.	Полка с боковыми рельсами и выдвижным ящиком	1 шт.	Размер не менее 520х450 (Ш x Г)
1.11.	Крепежный элемент для навески наркозного аппарата	1 шт.	Крепление над клавишной панелью управления
1.12.	Рельс горизонтальный	3 шт.	Крепление в нижней части колонны: 2 по бокам и 1 сзади
1.13.	Рельс горизонтальный	1 шт.	
1.14.	Корзина для катетеров и канюль	2 шт.	С комплектом крепления на рельс Глубина: 400–600 мм
1.15.	Комплект для вакуумной аспирации	1 комплект	
1.16.	Кислородный увлажнитель	1 комплект	
Хирургическая секция			
1.17.	Система поворотных плечей с электроподъемником и электропневматическими тормозами	1 комплект	Радиус вращения 1500–1750 мм, диапазон регулировки по высоте не менее 600 мм
1.18.	Вертикальная колонна	1 шт.	Высота 750–900 мм
1.19.	Электрическая розетка 220 В, 50 Гц красного цвета с контрольным индикатором и вставкой для нанесения подписи	3 шт.	1 особая категория, надпись «Д»
1.20.	Электрическая розетка 220 В, 50 Гц белого цвета с контрольным индикатором и вставкой для нанесения подписи	3 шт.	I категория, надпись «1-я кат»
1.21.	Порт выравнивания потенциалов	6 шт.	
1.22.	Газовые разъемы, стандарт DIN, ISO	3 шт.	Сжатый воздух - 1 шт., вакуум - 1 шт., углекислый газ - 1 шт.
1.23.	Панель управления тормозами и электроподъемником	1 шт.	
1.24.	Рельс горизонтальный	3 шт.	Длина 180–200 мм
1.25.	Рельс горизонтальный	3 шт.	Крепление в нижней части колонны: 2 по бокам и 1 сзади
1.26.	Рельс горизонтальный	1 шт.	Крепление над клавишной панелью управления

1.27.	Полка с выдвижным ящиком и рукоятками управления тормозами и электроподъемником	1 шт.	Размер не менее 50 х 45 см
1.28.	Полка	1 шт.	Размер не менее 50 х 45 см
1.29.	Комплект для вакуумной аспирации	1 комплект	
1.30.	Корзина для катетеров и канюль	2 шт.	Глубина: 400–600 мм

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Консоль должна быть выполнена из анодированного алюминия и специально спроектированную для применения в операционных (применение черного металла для изготовления консоли не допускается). Консоль должна иметь две независимые секции: анестезиологическую и хирургическую. Обе секции консоли должны надежно и безопасно крепиться к единому потолочному креплению, поставляемому в комплекте с консолью, которое в свою очередь должно крепиться к перекрытию помещения.

2.2. * Грузоподъемность анестезиологической секции не менее 180 кг, а хирургической - не менее 120 кг.

2.3. Обе секции консоли должны иметь по два вращаемых плеча (верхнее и нижнее плечо) с общим радиусом вращения в диапазоне 1500–1700 мм и углом поворота каждого соединения плеч не менее 310°. Нижние плечи должны быть оснащены электроподъемником для подъема НДА и другого оборудования.

2.4. Плечи секций консоли должны быть оборудованы быть оснащены двойной системой тормозов: механической и электропневматической. Управление тормозами и регулировкой высоты должно осуществляться с панели управления и рукояток управления.

2.5. * Вертикальная колонна анестезиологической секции должна быть оснащена специальным крепежным элементом для навески наркозно дыхательного аппарата. Крепежный элемент должен обеспечивать жесткую фиксацию наркозно-дыхательного аппарата.

2.6. Консоль должна быть полностью совместимой с анестезиологическим оборудованием. Совместимость должна быть подтверждена официальным документом.

2.7. Для удобства использования электрические розетки на консоли должны быть размещены под углом 45° по отношению к вертикальным осям колонн, а газовые розетки должны иметь подписи на русском языке.

2.8. Вакуумный аспиратор должен состоять должен состоять из вакуумного регулятора с поворотным манометром, двух емкостей для сбора секрета объемом не менее 650 мл, корзины для крепления емкостей, силиконового шланга для проведения аспирации, держателя аспирационного шланга и шланга для подключения к системе медицинских газов. Создаваемое разрежение не менее -0.8 бар с возможностью регулировки, максимальное всасывание не менее 45 л/мин. Вакуумный регулятор, держатель

аспирационного шланга и корзина для емкостей должны иметь крепление на горизонтальный рельс.

2.9. Кислородный пузырьковый увлажнитель в составе: многоразовая емкость для жидкости из ударопрочного пластика объемом не менее 250 мл.; расходомер (флуометр) с плавной регулировкой потока кислорода в диапазоне не менее 1–16 л\мин с комплектом крепления на рельс; шланг со штекером стандарта для соединения расходомера с газовой розеткой кислорода, длина не менее 1,5 м.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документом организатора.