

Лоты 1-2

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические характеристики

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр	Значение
Биологический индикатор	Бактериальные споры: <i>Bacillus thermophilus</i> ATCC7953	Наличие
	Содержание бактерий: 1×10^6 КОЕ/шт – 5×10^6 КОЕ/шт	Наличие
	Полный контроль культуры в течении 48 часов	Возможность
	Назначение	Контроль стерилизующего эффекта низкотемпературного стерилизатора с перекисью водорода

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- согласно аукционным документам организатора.

Лоты 3-4

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические характеристики

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр	Значение
Химический индикатор	Наличие индикаторных меток для подтверждения успешности процесса стерилизации	Наличие
	Класс	Не ниже 4
	Имеет липкий слой на обратной стороне индикатора	Наличие
	Назначение	Контроль плазменной стерилизации внутри/снаружи упаковки и в камере стерилизатора

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- согласно аукционным документам организатора.