

АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Минск

29 июня 2026г

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя – инженер, ЧТУП «Вариамедикал СПА», с одной Стороны, и от лица Заказчика – ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, с другой стороны, составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что дефектация проведена в отношении:

Наименование оборудования: **Модульная станция с технологией «фул гравити» и дозированным воздействием на опорно-двигательный аппарат «Kinesis Omega», Technogym Spa (Италия)**

Заводской номер: s/n M575017100084 *инв № 01389000*

Перечень выявленных неисправностей:

1. износ рабочих рукояток – 4шт.

Перечень подлежащих ремонту (замене) составных частей:

1. рукоятка – 4 шт.

Ориентировочная стоимость выполнения текущего ремонта:

1. 2096 бел.р с НДС:
 - Стоимость запасных частей: 1536 бел.р с НДС
 - Стоимость работ по замене рукояток: 560 бел.р с НДС

Срок выполнения текущего ремонта: по согласованию договора

Заказчик

Мен. Умид А. П. Рукс

Исполнитель

Вед. инж. *И. С. Семченков*

