

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) оборудования

Наименование и номер лота	Состав	Количество
ЛОТ №1 Аппарат низкочастотной импульсной терапии	1.1 Основной блок – 1 шт.; 1.2 Электрод прямоугольный тип 12 или аналог – 2 шт 1.3 Электрод прямоугольный тип 17 или аналог – 2 шт 1.4 Кабель пациента №1 или аналог – 1 шт	2 шт
ЛОТ №2 Аппарат для местной- дарсонвализации	1.1 Резонатор – 1 шт 1.2 Электрод грибовидный диаметром – 40 мм – 1 шт 1.3 Электрод шейный – 1 шт 1.4 Электрод ушной – 1 шт 1.5 Электрод грибовидный диаметром – 50 мм – 1 шт 1.6 Электрод гребенчатый – 1 шт	2 шт
ЛОТ №3 Аппарат для- ультразвуковой терапии	1.1 Основной блок – 1 шт.; 1.2 Сетевой кабель (кабель питания) – 1 шт.; 1.3 Сменный излучатель с площадью выходного отверстия не более 1 см ² – 1 шт 1.4 Сменный излучатель с площадью выходного отверстия не более 4 см ² – 1 шт	2 шт
ЛОТ №4 Аппарат магнитно- инфракрасной лазерной терапии	1.1 Основной блок – 1 шт.; 1.2. Излучатель с площадью выходного отверстия не более 4 см ² – 1 шт	1 шт

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
ЛОТ №1 Аппарат низкочастотной импульсной терапии	2.1 Возможность проведения: гальванизации и лекарственного электрофореза, диадинамотерапии, амплипульстерапии.
	2.2 Количество каналов – 1
	2.3 Напряжение питания, В: 207-253
	2.4. Потребляемая мощность, Вт: не более 30
	2.5 Ток пациента в режиме гальванического тока – 0-80 мА
	2.6 Ток пациента в режиме импульсного тока – 0-40 мА

ЛОТ №3 Аппарат для ультразвуковой терапии	2.1 Режим работы аппарата: непрерывный импульсный
	2.2 Рабочая частота, МГц: 0,88/2,64
	2.3 Частота следования импульсов: не менее 50
	2.4 Напряжение питания, В: 220-230
	2.5 Частота питания, Гц: 50±0,16
	2.6 Потребляемая мощность, Вт: не более 45
ЛОТ №4 Аппарат магнитно- инфракрасной лазерной терапии	2.1 Длина волны инфракрасного лазерного излучения 0,8-0,91 НМ
	2.2 Длина волны пульсирующего красного излучения 0,6-0,7 НМ
	2.3 Средняя мощность инфракрасного излучения от 60 до 120 мВт
	2.4 Магнитная индукция от 30 до 35 мТл
	2.5 Длительность сеанса лечения: 1,2,5,10 мин
	2.6 Питание от сети переменного тока напряжение 220-230 В,
	2.7 Частота питания, Гц: 50±0,16
	2.8. Потребляемая мощность, Вт: не более 40

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.