

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы для эндоскопии

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ лота	Наименование лота, состав (комплектация) медицинского изделия	Количество
-1-	Клипирующее устройство с функцией вращения	50 штук
-2-	Клипирующее устройство с функцией вращения	50 штук
-3-	Щетка для очистки каналов эндоскопов	1 000 штук
-4-	Щетка для очистки каналов эндоскопов	2 000 штук
-5-	Щетка для очистки каналов эндоскопов	2 000 штук
-6-	Щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов	1 000 штук
-7-	Щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов	4 000 штук
-8-	Щетка для очистки каналов эндоскопов	50 штук
-9-	Щетка для очистки каналов эндоскопов	50 штук
10	Щетка для очистки каналов эндоскопов	50 штук
11	Щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов	100 штук
12	Инъекционная игла (инъектор)	100 штук
13	Загубники	1 000 штук
14	Щипцы биопсийные	50 штук
15	Щипцы биопсийные	50 штук
16	Щипцы биопсийные	50 штук
17	Щипцы для горячей биопсии	30 штук
18	Щипцы биопсийные	10 штук
19	Щипцы биопсийные	15 штук
20	Щипцы биопсийные	15 штук
21	Петля диатермическая овальная	50 штук
22	Петля диатермическая овальная	50 штук
23	Аргоно-плазменный катетер (зонд)	10 штук

2. Технические требования:

ЛОТ 1. Клипирующее устройство с функцией вращения	
1. Угол наклона зубчиков клипсы 135°	
2. Диаметр захвата (ширина открытия клипсы) 11-16мм	
3. Длина 2000-2400 мм	
4. Одноразовые, стерильные.	
5. Под инструментальный канал 2,8мм.	
ЛОТ 2. Клипирующее устройство с функцией вращения	
1. Угол наклона зубчиков клипсы 90°	2.
Диаметр захвата (ширина открытия клипсы) 9-11мм	
3. Рабочая длина 1850-2400 мм	
4. Одноразовые, стерильные.	
5. Под инструментальный канал 2,8мм.	
ЛОТ 3. Щетка для очистки каналов эндоскопов	
1. Щетки для очистки каналов под инструментальный канал 2,0 мм; рабочая длина 1350-1800мм.	
2. Одноразовая.	
ЛОТ 4. Щетка для очистки каналов эндоскопов	
1. Щетки для очистки каналов под инструментальный канал 2,8 мм; рабочая длина 1600-1900мм.	
2. Одноразовая	
ЛОТ 5. Щетка для очистки каналов эндоскопов	

1. Щетки для очистки каналов под инструментальный канал 2,8 мм; рабочая длина 2000-2400 мм.
2. Одноразовая
ЛОТ 6. Щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов
1. Щетки для очистки входных отверстий под инструментальный канал 2,0 мм; рабочая длина 20-60 мм.
2. Одноразовая
ЛОТ 7. Щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов
1. Щетки для очистки входных отверстий под инструментальный канал 2,8 мм; рабочая длина 30-60 мм.
2. Одноразовая
ЛОТ 8. Щетка для очистки каналов эндоскопов
1. Щетки для очистки каналов под инструментальный канал 2,0 мм; рабочая длина 1350-1700 мм.
2. Многоразовая.
ЛОТ 9. Щетка для очистки каналов эндоскопов
1. Щетки для очистки каналов под инструментальный канал 2,8 мм; рабочая длина 1650-1900 мм.
2. Многоразовая.
ЛОТ 10. Щетка для очистки каналов эндоскопов
1. Щетки для очистки каналов под инструментальный канал 2,8 мм; рабочая длина 2000-2400 мм.
2. Многоразовая
ЛОТ 11. Щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов
1. Щетки для очистки входных отверстий под инструментальный канал 2,8 мм; рабочая длина 40-60 мм.
2. Многоразовая
ЛОТ 12. Инъекционная игла (инъектор)
1. Под инструментальный канал 2,8мм.
2. Рабочая длина 2000- 2400мм.
3. Длина иглы 4-6мм.
4. Диаметр иглы 0,5-0,8мм.
5. Одноразовая, стерильная.
ЛОТ 13. Загубники
1. Загубники одноразовые с возможностью фиксации.
ЛОТ 14. Щипцы биопсийные
1. Щипцы биопсийные под инструментальный канал 2,0 мм; рабочая длина 1200-1800мм.
2. Овальные бранши.
3. Щипцы без иглы.
4. Одноразовые, стерильные.
ЛОТ 15. Щипцы биопсийные
1. Щипцы биопсийные под инструментальный канал 2,8мм, рабочая длина 1650-1900 мм.
2. Овальные бранши.
3. Щипцы с иглой.
4. Одноразовые, стерильные.
ЛОТ 16. Щипцы биопсийные
1. Щипцы биопсийные под инструментальный канал 2,8мм, рабочая длина 2000-2400 мм
2. Овальные бранши.
3. Щипцы с иглой.
4. Одноразовые, стерильные.
ЛОТ 17. Щипцы для горячей биопсии
1. Овальные бранши.
2. Под инструментальный канал 2,8мм, рабочая длина 1950-2400 мм.
3. Одноразовые, стерильные
ЛОТ 18. Щипцы биопсийные

1. Щипцы биопсийные под инструментальный канал 2.0 мм; рабочая длина 1350-1750мм 2. Овальные бранши. 3. Бранши с отверстиями. 4. Щипцы с иглой. 5. Многоразовые
ЛОТ 19. Щипцы биопсийные
1 Щипцы биопсийные под инструментальный канал 2.8мм, рабочая длина 1650-1900 мм. 2. Овальные бранши. 3. Бранши с отверстиями. 4. Щипцы с иглой. 5. Многоразовые
ЛОТ 20. Щипцы биопсийные
1. Щипцы биопсийные под инструментальный канал 2,8мм, рабочая длина 2000-2400 мм. 2. Овальные бранши. 3. Бранши с отверстиями. 4. Щипцы с иглой. 5. Многоразовые
ЛОТ 21. Петля диатермическая овальная
1. Овальная форма. 2. Раскрытие 10-15мм. под инструментальный канал 2.8мм, рабочая длина 1950-2400мм. 3. Одноразовая, стерильная
ЛОТ 22. Петля диатермическая овальная
1. Овальная форма. 2. Раскрытие 15-20мм, под инструментальный канал 2.8мм, рабочая длина 1950-2400мм. 3. Одноразовая, стерильная.
ЛОТ 23. Аргоно-плазменный катетер (зонд)
1. Аргоно-плазменный катетер (зонд), под инструментальный канал 2,0 мм, рабочая длина 1350-2000 мм. 2. Метки на дистальном конце электрода для безопасного использования. 3. Одноразовый, стерильный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.