

**Технические характеристики (описание)
Термобумага для принтера ультразвуковых аппаратов
для УЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №2 Термобумага для принтера ультразвукового аппарата (ориентировочный размер 210*25)	1) ширина 210 мм, длина не менее 25м 2) обязательная совместимость с принтерами Sony	80 рул.

2. Технические требования:

ЛОТ № 2:

- 2.1. Исполнение – рулон;
- 2.2. Лента должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге без разметочной сетки;
- 2.3. Бумага должна быть белая;
- 2.4. Лента должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания.

*3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам организатора.*