

Лот № 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать металлическая детская	11
2.	Матрац	11

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. С боковыми ограждениями, имеющими два положения: верхнее и нижнее фиксированные.

2.2. Спинки – с металлическими вертикальными перемычками.

2.3. Оснащена 4-мя колесами с тормозом каждое.

2.4. С матрацем из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.

2.5. Габаритные размеры кровати:

2.5.1. Длина 1220-1230 мм.

2.5.2. Ширина 610-640 мм.

2.5.3. Высота 1280-1300 мм.

2.6. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.


Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. _____



Лот № 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать металлическая взрослая	65
2.	Матрац	65


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. С регулируемым подголовником (угол подъема $0 + 60^\circ$)
- 2.2. Спинка – с вставкой из ЛДСП.
- 2.3. Имеется возможность установки навесного оборудования.
- 2.4. Максимальная нагрузка на изделие - не менее 150 кг.
- 2.5. С матрасом из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.
- 2.6. Габаритные размеры кровати:
 - 2.6.1. длина 2030 – 2070 мм.
 - 2.6.2. ширина 900 – 910 мм.
 - 2.6.3. высота 1010 – 1020 мм.
 - 2.6.4. высота до ложа – 500 - 540 мм.
- 2.7. Габаритные размеры матраса должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
Бучина О.В. _____



Лот № 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать больничная передвижная на колесах	38
2.	Матрац	38

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кровать изготовлена из стали с полимерным покрытием.

2.2. Оснащена 4-мя колесами, два из них с тормозом.

2.3. Спинка – с вставкой из ЛДСП.

2.4. Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.

2.5. Габаритные размеры кровати:

2.5.1. длина 2000 – 2070 мм.

2.5.2. ширина 780 – 905 мм.

2.5.3. высота 760 – 1015 мм.

2.5.4. высота до ложа – 500 - 540 мм.

2.6. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. 

Лот № 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать больничная металлическая двухсекционная на колесах	80
2.	Матрац	80
3.	Штатив для капельниц	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из лежака и стоек.

2.2. Лежак изготовлен из профильной трубы и сетки, стойки - из круглой трубы.

2.3. Оснащена четырьмя колесами, два из которых с тормозом.

2.4. Угол подъема головной секции до 45° с фиксацией в промежуточных положениях.

2.5. Матрац из поролона толщиной не менее 100 мм, в чехле из винилискожи, устойчивой к обработке дезинфектантами.

2.6. Габаритные размеры кровати:

2.6.1. Длина 2270 – 2280 мм;

2.6.2. Ширина 1110 - 1130 мм;

2.6.3. Высота 960 - 980 мм;

2.7. Высота до ложа – 500 - 540 мм.

2.8. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):


Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. 

Лот № 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать функциональная двухсекционная без дополнительных приспособлений	22
2.	Матрац	22

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кровать изготовлена из стали с полимерным покрытием.

2.2. С регулируемым подголовником (угол подъема $0 + 60^\circ$)

2.3. С матрасом из пенополиуретана в чехле из водоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.

2.4. Габаритные размеры кровати:

2.4.1. длина 2020 – 2040 мм.

2.4.2. ширина 890 – 905 мм.

2.4.3. высота 1000 – 1010 мм.

2.4.4. высота до ложа – 520 - 540 мм.

2.5. Габаритные размеры матраса должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):


Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. 

Лот № 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать медицинская	104
2.	Матрац	104

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кровать изготовлена из металлического прямоугольного профиля с полосами листового металла

2.2. Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.

2.3. Габаритные размеры кровати:

2.3.1. Длина 1950 – 1970 мм;

2.3.2. Ширина 795 - 805 мм;

2.3.3. Высота 770 - 785 мм;

2.3.4. Высота до ложа – 500 - 540 мм.

2.4. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):


Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. 

Лот № 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:


№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать функциональная четырёхсекционная	106
2.	Матрац	106

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию.
- 2.2. Материал основания кровати – металл, материал спинок – пластик.
- 2.3. Угловые бампера – атравматические.
- 2.4. Торцевые спинки кровати съемные.
- 2.5. Наличие двух складных боковых ограждений.
- 2.6. Оснащена четырьмя колесами, два из которых с тормозом; диаметр колес – не менее 125 мм.
- 2.7. Диапазон угла наклона головной секции – 0 – 60°.
- 2.8. Диапазон угла наклона тазобедренной секции – 0 – 40°.
- 2.9. Наличие механического привода.
- 2.10. Возможность установить инфузионную стойку.
- 2.11. Возможность установить устройство для подтягивания.
- 2.12. Грузоподъемность – не менее 250 кг.
- 2.13. Габаритные размеры кровати:
 - 2.13.1. Длина 2170 – 2200 мм;
 - 2.13.2. Ширина 940 - 960 мм;
 - 2.13.3. Высота 920 - 930 мм;
- 2.14. Высота до ложа не менее 510 мм.
- 2.15. Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.
- 2.16. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
Бучина О.В. 

Лот № 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Каталка больничная	49
2.	Матрац	49

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предназначена для использования в стационарных отделениях медицинских учреждений для транспортировки пациентов.

2.2. Каркас металлический с порошковым покрытием.

2.3. Оснащена откидными, легко фиксируемыми бортами.

2.4. Спинка регулируется по углу наклона.

2.5. Две колесные опоры оснащены тормозным механизмом.

2.6. Габаритные размеры, мм.:

2.6.1. длина: от 1940 до 2000

2.6.2. ширина: от 640 до 680

2.6.3. высота: от 940 до 970

2.7. В комплект каталки входит съемный матрац из винилискожи темного цвета. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру каталки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).


3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. 

Лот № 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кресло-каталка	93

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1.	Максимальная нагрузка	не менее 100 кг
2.2.	Тип задних колес	Пневматические
2.3.	Тип передних колес	Цельнолитые
2.4.	Тип подлокотников	Откидные
2.5.	Тип подножки	Съемные
2.6.	Ширина сидения	Не менее 430 мм не более 630 мм
2.7.	Диаметр заднего колеса	Не менее 400 мм
2.8.	Диаметр переднего колеса	Не менее 150 мм
2.9.	Материал спинки и сиденья	Нейлон темный
2.10.	Стояночный тормоз	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
Бучина О.В. _____

Лот № 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Штатив для внутривенных вливаний на опорах (без колёс)	333

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Изготовлен из округлой и профильной труб.

2.2. Диаметр основания от 550 мм до 600 мм.

2.3. Высота от 1150 мм до 2150 мм.

2.4. Регулируется по высоте.

2.5. Наличие выдвижной стойки с двумя крючками и двумя держателями для флаконов и пакетов с инъекциями.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).


3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В. 

Лот № 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Штатив для внутривенных вливаний на колёсах	359

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Изготовлен из округлой и профильной труб.

2.2. Диаметр основания от 550 мм до 600 мм.

2.3 Высота от 1150 мм до 2150 мм.


2.4. Регулируется по высоте.

2.5. Наличие выдвижной стойки с двумя крючками и двумя держателями для флаконов и пакетов с инъекциями.

2.6. Наличие опорного основания на колёсах.

2.7. Наличие стояночного тормоза.

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
Бучина О.В. _____



Лот № 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Штатив для внутривенных вливаний с Z – образным основанием на колёсах	216

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Изготовлен из нержавеющей стали.

2.2. Высота от 1500 мм до 2330 мм.

2.3. Наличие Z – образного опорного основания диаметром от 550 мм до 580 мм на колёсах.

2.4. Регулируется по высоте при помощи механизма автоматической фиксации.

2.5. Наличие подвесных крючков – не менее четырёх.

2.6. Наличие подвесных держателей для флаконов - не менее двух.

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
Бучина О.В. _____

