

Приложение №1
к заявке на закупку
**Физиодиспенсер с понижающим
наконечником**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ № 1 Физиодиспенсер с понижающим наконечником

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Физиодиспенсер с понижающим наконечником	шт	1

2. Технические требования

№п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1	Подсветка	наличие
2.2	Тип подсветки Оптика LED	наличие
2.3	Скорость(об/мин)	Не менее 200-4000
2.4	Электропитание	220В ±10В
2.5	Программы	Не менее 8 программ
2.6	Привод Электрический бесщеточный	наличие