

БелМТ №272/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
шкафов для хранения и сушки гибких эндоскопов, предупреждающих их повторную контаминацию
(4 комплекта)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№	Наименование	Базовые параметры	Кол-во на 1 комплект
1.	Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов предупреждающий их повторную контаминацию	2.1	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов предупреждающий их повторную контаминацию

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Вместимость (количество одновременно хранящихся эндоскопов)	Не менее 4	*
2.2	Трёхуровневая система фильтрации подаваемого воздуха	Наличие	
2.3	Непрерывная продувка каналов эндоскопов в течение всего срока хранения	Наличие	*
2.4	Срок асептического хранения эндоскопа	Не менее 7 суток	
2.5	Сушка каналов эндоскопа	Наличие	
2.6	Система принудительной циркуляции обеззараженного воздуха внутри шкафа	Наличие	*
2.7	Антибактериальный 0,2 микронный	Наличие	

	воздушный фильтр, HEPA		
2.8	Сенсорный экран отображения статуса хранения и управления	Наличие	
2.9	Контролируемые параметры (температура, давление, влажность)	Наличие	
2.10	Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование	Наличие	
2.11	Функция идентификации обслуживающего персонала	Наличие	
2.12	Освещение камеры хранения	Наличие	
2.13	Наличие датчика давления в системе, контролирующего время замены фильтров	Наличие	*
2.14	Автоматический контроль закрытия двери	Наличие	
2.15	Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов	Наличие	
2.16	Вертикальное расположение эндоскопов с наличием фиксаторов коннектора	Наличие	
2.17	Наличие коннекторов для подключения каналов эндоскопов ведущих мировых производителей Olympus, Pentax, Fujifilm (перечень необходимых коннекторов решается с каждым пользователем после присуждения контракта)	Наличие	
2.18	Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры	Наличие	
2.19	Наличие антибактериального покрытия внутренней и внешней поверхности шкафа.	Наличие	

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Гарантийный срок в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

БелМТ №272/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество
Состав 1 комплекта:		
1.	Система для сушки и хранения эндоскопов	1 шт.
2.	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов	4 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Технические характеристики:		
№ п/п	Наименование	Базовые параметры
1.	Вместимость (на количество эндоскопов) не менее 4-х гибких эндоскопов	наличие
2.	Степень фильтрации подаваемого воздуха в каналы эндоскопа 0,2мкм *	наличие
3.	Степень фильтрации воздуха подаваемого в камеру шкафа не ниже класса HEPA H14 *	наличие
4.	Двухконтурная система подачи очищенного воздуха	наличие
5.	Предварительный фильтр грубой очистки	наличие

6.	Продувка каналов эндоскопов в течение всего времени хранения	наличие
7.	Индивидуальная система сушки для каждого эндоскопа	наличие
8.	Подогрев воздуха подаваемого в каналы эндоскопа*	наличие
9.	Срок асептического хранения эндоскопов не менее 72 часов (программируемый)	наличие
10.	Сменный воздушный антибактериальный фильтр тонкой очистки	наличие
11.	Возможность программирования цикла сушки и хранения для каждого эндоскопа	наличие
12.	Встроенный компрессор	наличие
13.	Избыточное давление воздуха в камере шкафа	наличие
14.	Непрерывный воздухообмен в камере шкафа в течении всего времени хранения	
15.	Держатель для хранения колоноскопов, изолирующий их от соприкосновения с окружающими поверхностями (не менее одного)	наличие
16.	Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла хранения	наличие
17.	Встроенный сканер штрих -кодов	наличие
18.	Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления	наличие
19.	Глубина камеры не менее 350 мм	наличие
20.	Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование	наличие

21.	Функция идентификации обслуживающего персонала	наличие
22.	LED освещение камеры хранения	наличие
23.	Контролируемые параметры (температура, давление, влажность, время сушки и хранения)	наличие
24.	Автоматический контроль закрытия дверей	наличие
25.	Четырехступенчатая система фильтрации воздуха для каналов и двухступенчатая для поверхностей эндоскопов*	наличие
26.	Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов	наличие
27.	Вертикальное расположение эндоскопов в шкафу	наличие
28.	Выдвижные фиксируемые держатели эндоскопов	наличие
29.	Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций	наличие
30.	Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры	наличие
31.	Возможность архивации данных	наличие
32.	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам.

4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пункты, отмеченные знаком астериск «*» являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия либо несоответствия, предложение участников будет отклонено.