

## Приложение

### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

#### Лот №1:

##### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование                                                                                              | Единица измерения | Количество |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.    | Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител (IgG) к протеиназе 3 (PR3-ANCA) | набор             | 3          |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в комплекте полного набора реагентов, необходимых для выполнения исследований в соответствии с инструкцией по применению.

2.2. Наличие стрипованного планшета с иммуносорбентом и достаточного количества реагентов, позволяющего выполнить 3 независимые постановки в одном планшете.

2.3. Наличие паспорта подтверждающего качество набора на русском языке.

2.4. Наличие инструкции по применению к набору на русском языке.

2.5. Из расчета 1 набор – 96 исследований.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 60% от общего установленного производителем срока годности.

#### Лот №2:

##### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование                                                                                                  | Единица измерения | Количество |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.    | Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител (IgG) к миелопероксидазе (MPO-ANCA) | набор             | 3          |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в комплекте полного набора реагентов, необходимых для выполнения исследований в соответствии с инструкцией по применению.

2.2. Наличие стрипованного планшета с иммуносорбентом и достаточного количества реагентов, позволяющего выполнить 3 независимые постановки в одном планшете.

2.3. Наличие паспорта подтверждающего качество набора на русском языке.

2.4. Наличие инструкции по применению к набору на русском языке.

2.5. Из расчета 1 набор – 96 исследований.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 60% от общего установленного производителем срока годности.

**Разработчики:**

Врач клинической  
лабораторной диагностики

  
\_\_\_\_\_

С.В. Самуйлич

Врач клинической  
лабораторной диагностики

  
\_\_\_\_\_

И.И. Северина

**Согласовано:**

Главный внештатный  
специалист

  
\_\_\_\_\_

А.В. Маркевич