

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 24 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики antiHBcore total вируса гепатита В выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	19
Итого:		Планшет на 96 исследований	19

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Чувствительность и специфичность каждого набора не менее 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 25

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики анти-НСV выявления антител (АТ) к вирусу гепатита С в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	198
Итого:		Планшет на 96 исследований	198

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность набора анти-НСV (набор реагентов для выявления антител к вирусу гепатита С) – и специфичность не менее 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 26 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики анти-НСV выявления антител (АТ) к вирусу гепатита С в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	22
Итого:		Планшет на 96 исследований	22

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность набора анти-НСV (набор реагентов для выявления антител к вирусу гепатита С) – и специфичность не менее 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 27

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики HCV-АГАТ одновременного выявления антигена и антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	22
Итого:		Планшет на 96 исследований	22

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 28 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики HCV-АГАТ одновременного выявления антигена и антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	3
Итого:		Планшет на 96 исследований	3

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 29

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты для выявления иммуноглобулинов класса М к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови человека	Планшет на 96 исследований	18
1.2.	Реагенты для выявления иммуноглобулинов класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови человека	Планшет на 96 исследований	18
Итого:		Планшет на 96 исследований	36

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 30 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты для выявления иммуноглобулинов класса М к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови человека	Планшет на 96 исследований	2
1.2.	Реагенты для выявления иммуноглобулинов класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови человека	Планшет на 96 исследований	2
Итого:		Планшет на 96 исследований	4

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.