

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА общ.) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	189
Итого:		Планшет на 96 исследований	189

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Чувствительность для ПСА общ.: минимальная достоверно определяемая набором концентрация ПСА общ. в сыворотке крови человека не должна превышать 0,2 нг/мл.
1.4	Наборы должны содержать все готовые к использованию реагенты (не требующие дополнительной подготовки).
1.5	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.6	В состав набора должны входить калибровочные пробы и контрольная сыворотка с указанием на этикетках флаконов их точного значения концентраций ПСАобщ.

1.7	Наличие режима инкубации, требующего встряхивания.
-----	--

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 2 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА общ.) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	21
Итого:		Планшет на 96 исследований	21

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Чувствительность для ПСА общ.: минимальная достоверно определяемая набором концентрация ПСА общ. в сыворотке крови человека не должна превышать 0,2 нг/мл.
1.4	Наборы должны содержать все готовые к использованию реагенты (не требующие дополнительной подготовки).
1.5	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.6	В состав набора должны входить калибровочные пробы и контрольная сыворотка с указанием на этикетках флаконов их точного значения концентраций ПСАобщ.

1.7	Наличие режима инкубации, требующего встряхивания.
-----	--

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	189
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики определения концентрации свободной фракции тироксина (Т ₄ свободный) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	184
Итого:		Планшет на 96 исследований	373

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Чувствительность для Т ₄ св.: минимальная достоверно определяемая набором концентрация Т ₄ св. в сыворотке крови человека не должна превышать 1,0 пмоль/л.
1.4	Чувствительность для ТТГ: минимальная достоверно определяемая набором концентрация ТТГ в сыворотке крови человека не должна превышать 0,05 мМЕ/л.
1.5	Наборы должны содержать все готовые к использованию реагенты (не требующие дополнительной подготовки).
1.6	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.7	Наличие режима инкубации, требующего встряхивания.
1.8	В состав набора должны входить калибровочные пробы и контрольная сыворотка с указанием на этикетках флаконов их

	точного значения концентраций.
--	--------------------------------

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 4 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	21
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики определения концентрации свободной фракции тироксина (Т ₄ свободный) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	21
Итого:		Планшет на 96 исследований	42

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Чувствительность для Т ₄ св.: минимальная достоверно определяемая набором концентрация Т ₄ св. в сыворотке крови человека не должна превышать 1,0 пмоль/л.
1.4	Чувствительность для ТТГ: минимальная достоверно определяемая набором концентрация ТТГ в сыворотке крови человека не должна превышать 0,05 мМЕ/л.
1.5	Наборы должны содержать все готовые к использованию реагенты (не требующие дополнительной подготовки).
1.6	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.7	Наличие режима инкубации, требующего встряхивания.
1.8	В состав набора должны входить калибровочные пробы и контрольная сыворотка с указанием на этикетках флаконов их

	точного значения концентраций.
--	--------------------------------

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 5

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики Хламидофилеза выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Chlamydomphila pneumonia</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	9
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики Хламидофилеза выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Chlamydomphila pneumonia</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	9
Итого:		Планшет на 96 исследований	18

3. Показатели (характеристики):

4.

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 6 для СМиП

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики Хламидофилеза выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Chlamydomphila pneumonia</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики Хламидофилеза выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Chlamydomphila pneumonia</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
Итого:		Планшет на 96 исследований	2

3. Показатели (характеристики):

4.

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 7

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики Микоплазма IgM выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	9
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики Микоплазма выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	9
Итого:		Планшет на 96 исследований	18

. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 8 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики Микоплазма IgM выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики Микоплазма выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
Итого:		Планшет на 96 исследований	2

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 9

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	16
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	16
Итого:		Планшет на 96 исследований	32

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)**

Лот 10 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	2
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	2
Итого:		Планшет на 96 исследований	4

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)**

Лот 11

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	16
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	16
Итого:		Планшет на 96 исследований	32

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)**

Лот 12 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	2
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	2
Итого:		Планшет на 96 исследований	4

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 13

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2-IgM) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	3
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2 - IgG) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	3
Итого:		Планшет на 96 исследований	6

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)**

Лот 14 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2-IgM) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2 - IgG) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
Итого:		Планшет на 96 исследований	2

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом. количестве, необходимом для проведения дробных постановок.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 15

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты для диагностики выявления антител класса А, М и G к возбудителю сифилиса <i>Treponema pallidum</i> (для скрининга)	Планшет на 96 исследований	270
Итого:		Планшет на 96 исследований	270

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	*В целях обеспечения достоверности результатов, исключения ложноотрицательных/ложноположительных результатов и проведения сравнительного анализа методик, реагенты Лота №15 и Лота №17 должны быть от разных производителей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 16 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты для диагностики выявления антител класса А, М и G к возбудителю сифилиса <i>Treponema pallidum</i> (для скрининга)	Планшет на 96 исследований	30
Итого:		Планшет на 96 исследований	30

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	*В целях обеспечения достоверности результатов, исключения ложноотрицательных/ложноположительных результатов и проведения сравнительного анализа методик, реагенты Лота №16 и Лота №18 должны быть от разных производителей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 17

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты для выявления антител класса А, М и G к возбудителю сифилиса <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке крови (для арбитража)	Планшет на 96 исследований	46
Итого:		Планшет на 96 исследований	46

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	*В целях обеспечения достоверности результатов, исключения ложноотрицательных/ложноположительных результатов и проведения сравнительного анализа методик, реагенты Лота №15 и Лота №17 должны быть от разных производителей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 18 для СМиП

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты для выявления антител класса А, М и G к возбудителю сифилиса <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке крови (для арбитража)	Планшет на 96 исследований	4
Итого:		Планшет на 96 исследований	4

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	*В целях обеспечения достоверности результатов, исключения ложноотрицательных/ложноположительных результатов и проведения сравнительного анализа методик, реагенты Лота №16 и Лота №18 должны быть от разных производителей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 19

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg-подтверждающий) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	45
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	170
Итого:		Планшет на 96 исследований	215

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность набора HBsAg-подтверждающий (набор реагентов для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В) – не менее 0,01 нг/мл (МЕ/мл) и специфичность не менее 99,8%.
1.5	Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность набора HBsAg (набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке крови) – не менее 0,01 нг/мл (МЕ/мл) и специфичность не менее 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 20 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg-подтверждающий) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	5
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	20
Итого:		Планшет на 96 исследований	25

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность набора HBsAg-подтверждающий (набор реагентов для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В) – не менее 0,01 нг/мл (МЕ/мл) и специфичность не менее 99,8%.
1.5	Аналитические и диагностические характеристики: чувствительность набора HBsAg (набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке крови) – не менее 0,01 нг/мл (МЕ/мл) и специфичность не менее 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 21

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики HBe-IgG выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	7
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики HBeAg выявления E-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	7
1.3.	Реагенты ИФА для диагностики anti-HBcor-IgG выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	7
1.4.	Реагенты ИФА для диагностики HBcorAg-IgM выявления иммуноглобулинов класса M к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	7
1.5.	Реагенты ИФА для диагностики HBsAg-антигена вируса гепатита В качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	2
1.6.	Реагенты ИФА для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта (ВГД) в сыворотке (плазме) крови	Планшет на 96 исследований	3
Итого:		Планшет на 96 исследований	33

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по

	восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Чувствительность и специфичность каждого набора не менее 100%.
1.5	Аналитические и диагностические характеристики для диагностики HBsAg-антигена вируса гепатита В: аналитическая чувствительность не более 1 мМЕ/мл. Диапазон измерений концентраций 0 – 1000 мМЕ/мл. Уровень порогового значения чувствительности тест системы должен быть не менее 10 мМЕ/мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 22 для СМиП

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики HBe-IgG выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.2.	Реагенты ИФА для диагностики HBeAg выявления E-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.3.	Реагенты ИФА для диагностики анти-HBcor-IgG выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.4.	Реагенты ИФА для диагностики HBcorAg-IgM выявления иммуноглобулинов класса M к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.5.	Реагенты ИФА для диагностики качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	1
1.6.	Реагенты ИФА для выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта (ВГД) в сыворотке (плазме) крови	Планшет на 96 исследований	1
Итого:		Планшет на 96 исследований	6

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Лот 23

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Реагенты ИФА для диагностики antiHВcore total вируса гепатита В выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В в сыворотке крови	Планшет на 96 исследований	171
Итого:		Планшет на 96 исследований	171

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Технические характеристики
1.1	В набор может входить от 1 до 5 микропланшетов ИФА. Микропланшет должен быть разборным 96-луночным (12 стрипов по восемь лунок), для проведения дробных постановок иммуноферментным методом.
1.2	Количество определений (исследований) должно соответствовать количеству лунок планшетов.
1.3	Реагенты и расходные материалы в наборе должны быть в полном, достаточном и делимом количестве, необходимом для проведения дробных постановок.
1.4	Чувствительность и специфичность каждого набора не менее 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.