

Технические характеристики (описание)

(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Шпатель деревянный стерильный	шт.	40000

2. Технические требования:

2.1. Изготовлен из высококачественной экологически чистой древесины.

2.2. Форма: скругленный край, полированная поверхность.

2.3. Размеры: 140 (150) x 18 мм (+- 2 мм), толщина 1,8 мм.

2.4. Стерилен.

2.5. Не имеет запаха и вкуса.

2.6. Каждый шпатель должен быть в индивидуальной упаковке.

2.7. Срок годности – не менее 24 месяца.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

3.2. Каждая упаковка должна иметь маркировку с указанием: товарного знака и наименования изготовителя, наименование изделия, даты изготовления (месяц, год), гарантийного срока хранения, номера партии.

3.3. Товар поставляется отдельными партиями согласно заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с даты поступления заявки.

3.4. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);

3.5. копия протокола испытаний на стерильность;

3.6. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь) – копия сертификата соответствия Республики Беларусь;

3.7. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

3.8. документы, подтверждающие качество товара (сертификаты завода изготовителя или др.).