

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Датчик биоэлектрoхимический "Глюкосен" или аналог к глюкометрам "ИРМА", ИРМА ПЛЮС" и ГМ-2 пр-ва ОАО Минский НИИ радиоматериалов	штук	4 680

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

Датчик биоэлектрoхимический "Глюкосен" или аналог к глюкометрам "ИРМА", ИРМА ПЛЮС" и ГМ-2 пр-ва ОАО Минский НИИ радиоматериалов	
2.1. Обязательная совместимость с глюкометрами "ГМ-2", "ИРМА" и "ИРМА ПЛЮС" пр-ва ОАО Минский НИИ радиоматериалов, РБ. 2.2. Определение уровня гликемии из пальца; 2.3. Требуемая капля крови – 15 мкл; 2.4. Количество в упаковке – не менее 25 штук; 2.5. Упаковка должна предохранять датчик от воздействия факторов окружающей среды, не требовать специальных условий хранения и эксплуатации.	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.