

Приложение №1
к заявке на закупку
Ширма медицинская

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Ширма медицинская	шт	15

1. Технические требования:

№	Наименование ЛОТa	Технические требования
1	Ширма медицинская	2.1. Каркас ширмы должен быть изготовлен из металла с полимерным покрытием, устойчивым к механическим и химическим воздействиям; 2.2. Ширма должна быть оснащена опорой (подпятником) и двумя колесными опорами; 2.3. Экран должен быть изготовлен из материала устойчивого для проведения дезинфекции; 2.4. Наличие элементов для соединения нескольких ширм; 2.5. Габаритные размеры, мм от: 780 (длина) * 400 (ширина) * 1700 (высота) мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.