

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «НЦГБ»

И.Г.Шеменкова

«15» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ (услуг) по ремонту анализатора биохимического

1.1. Наименование подлежащих закупке работ (услуг): услуга по ремонту анализатора биохимического BS-600M

1.2. Объем (количество) закупаемых работ (услуг):

- согласно приложению к настоящему техническому заданию на закупку услуг по ремонту анализатора биохимического BS-600M

1.3. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.11.100

1.4. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 1 440,00

1.5. Источник финансирования: городской бюджет

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования, предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту анализатора биохимического BS-600M приложению № 1	Согласно техническо-эксплуатационной документации производителя. В соответствии с «Инструкцией о порядке технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.	Лот 1	По факту выполненных работ (оказанных услуг) на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнение работ (оказание услуг): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

- Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется наличие вышеуказанных документов, для выполнения работ и оказания (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимся производителем данной медицинской техники;
- в период гарантийного срока ее эксплуатации;
- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;
- изъятой в собственность государства;
- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонта, включая стоимость необходимых расходных материалов для проведения ремонта, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запчасти должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.

2.4. По окончании работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных материалов.

2.5. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя. Гарантийный

срок на выполненные работы: не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

2.6. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.7. Ремонт техники производится по месту нахождения Заказчика.

Начальник отдела по РО



Е.В. Хромова

Юрисконсульт



Е.Г.Вроцкая

Приложение № 1
к заданию на закупку услуг
по ремонту анализатора

Номер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Кол- во, шт	Заводской номер	Примечание/ производитель
1	Анализатор биохимический	BS-600M	1	BH9-47001010	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.